

ABPM



  
**SunTech**<sup>®</sup> *Oscar 2*<sup>™</sup>  
24-HR ABPM



Available with:



SphygmoCor  
inside 

## Ambulantní systém k měření 24h tlaku

Návod k použití

## Změny

Referenční číslo tohoto návodu: 80-0062-00 Rev. A. Novější verze návodu je možná k dispozici na webových stránkách firmy SunTech Medical. Jakékoli chyby nebo opomenutí v návodu hlase prosím na adrese:

SunTech Medical, Inc. 507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560 USA

Tel: +1 800.421.8626

+1 919.654.2300

Fax: + 1.919.654.2301

Email: [CustomerService@SunTechMed.com](mailto:CustomerService@SunTechMed.com) Web: [www.SunTechMed.com](http://www.SunTechMed.com)

Další kontaktní informace jsou uvedeny na straně 50.

Tento návod je určen pro ambulantní systém k měření tlaku Oscar 2, Model 250.

**Upozornění:** Podle zákonů USA smí toto zařízení objednat resp. zakoupit pouze lékař.

## Informace o autorských právech

Veškerý obsah tohoto návodu je majetkem firmy SunTech Medical a je určen výhradně pro účely obsluhy, údržby či servisu systému Oscar 2. Tento návod a v něm popsany přístroj Oscar 2 jsou chráněny podle autorského zákona a nelze je tedy zcela ani zčásti kopírovat bez písemného souhlasu firmy SunTech Medical (dále „výrobce“). Oscar a SunTech jsou registrované ochranné známky společnosti SunTech Medical, Inc. SphygmoCor je registrovaná ochranná známka společnosti AtCor Medical Company, Ltd., Sydney, Austrálie. Veškeré ostatní ochranné známky či registrované ochranné známky jsou ve vlastnictví příslušných majitelů. Informace v tomto návodu jsou pouze orientační, mohou se změnit bez předchozího upozornění a nelze je považovat za zaručené výrobcem. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které se v tomto návodu mohou objevit. © 2016 SunTech Medical. Všechna práva vyhrazena.

USA, Kanada a Latinská Amerika



SunTech Medical, Inc.

507 Airport Blvd, #117

Morrisville, NC 27560-8200 USA

Tel.: + 1 919 654 2300

+ 1 800 421 8626

Fax: + 1 919 654 2301

Evropa, Afrika a Střední východ



SunTech Medical, Ltd.

Oakfield Industrial Estate

Stanton Harcourt Road

Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS,

Velká Británie

Velká Británie

Tel.: + 44 1865-884 234

Fax: + 44 1865 884 235

Asie a Tichomoří

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.

105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F

DaHe Community Guanlan,

LongHua District, Shenzhen

GuangDong PRC 518110

Tel.: + 86 755 2958 8810

+ 86 755 2958 8986 (prodej)

+ 86 755 2958 8665 (servis)

Fax: + 86 755 2958 8829



## Obsah

Změny .....	2	Zobrazení statistiky časových úseků .....	32
Informace o autorských právech .....	2	Zobrazení hodinových průměrů .....	33
<b>1. Úvod do ambulantní monitorace krevního tlaku ....</b>	<b>4</b>	Zobrazení souhrnné interpretace testu .....	34
<b>2. Úvod do monitorace centrálního tlaku .....</b>	<b>4</b>	Porovnání dvou testů .....	35
<b>3. Symboly použité na štítcích .....</b>	<b>5</b>	<b>10. Vytváření zpráv .....</b>	<b>35</b>
<b>4. Systém ABPM Oscar 2 .....</b>	<b>6</b>	Konfigurace a úpravy zpráv .....	35
Použití .....	6	Vytvoření náhledu zprávy .....	37
Obsluha přístroje .....	6	Tisk zprávy .....	37
Výrobky a příslušenství .....	7	Uložení zprávy ve formátu PDF .....	38
Úvod do programu AccuWin Pro™ 4 .....	7	<b>11. Přehled symbolů programu ve zprávách .....</b>	<b>38</b>
Poznámka k americkému zákonu HIPPA .....	8	<b>12. Správa testů .....</b>	<b>38</b>
Biokompatibilita a součásti v kontaktu s pacientem .....	8	Otevření testu .....	38
Technické údaje .....	8	Exportování testu .....	38
Bezpečnostní a výkonnostní aspekty .....	9	Zasílání testu emailem .....	39
Likvidace odpadu .....	9	Odstranění záznamu pacienta .....	39
Možné nežádoucí účinky .....	10	Import záznamu pacienta .....	39
Kontraindikace .....	11	Sdružení záznamů do skupin .....	39
<b>5. Nastavení systému Oscar 2 .....</b>	<b>13</b>	<b>13. Úpravy a konfigurace programu .....</b>	<b>40</b>
Napájení monitoru Oscar 2 .....	13	Nastavení hardwaru .....	40
Instalace programu AccuWin Pro™ 4 .....	14	Nastavení dat .....	40
Komunikace s monitorem .....	15	Nastavení obrazovky .....	41
Bezdrátová komunikace .....	15	Nastavení poznámek do deníku .....	41
Mobilní aplikace True24 .....	15	Nastavení emailu .....	42
Přihlášení do programu AccuWin Pro .....	16	Nastavení zpráv .....	43
Změna hesla .....	16	Nastavení exportu .....	43
Změna aktuálního uživatele .....	16	<b>14. Přehled kódů událostí .....</b>	<b>43</b>
<b>6. Ovládání programu AccuWin Pro™ 4 .....</b>	<b>16</b>	Definice kódů událostí .....	43
Tlačítka na panelu nástrojů .....	16	<b>15. Nástroje správce .....</b>	<b>45</b>
<b>7. Provádění ambulantní monitorace krevního tlaku...</b>	<b>17</b>	Nastavení přihlášení .....	45
Naprogramování monitoru k testu ABPM .....	17	Vytvoření uživatelského účtu .....	45
Nastavení parametrů .....	18	Změna typu uživatele .....	46
Připojení pacienta k monitoru a nasazení manžety .....	20	Odstranění uživatelského účtu .....	46
Příprava a instruktáž pacienta .....	21	Resetování uživatelského hesla .....	46
Zahájení testu .....	21	<b>16. Údržba a čištění přístroje Oscar 2 .....</b>	<b>46</b>
Ukončení testu .....	22	Čištění po použití .....	47
<b>8. Poznámky k naměřenému tlaku .....</b>	<b>22</b>	Údržba a opravy po použití .....	47
Načítání dat z monitoru .....	22	Ověření kalibrace .....	47
<b>9. Kontrola a úpravy výsledků testu ATK .....</b>	<b>23</b>	<b>17. Omezená záruka .....</b>	<b>48</b>
Otevření pacientova souboru .....	23	Oscar 2, systém k ambulantní monitoraci krevního tlaku .....	48
Zobrazení testu ATK .....	23	<b>18. Technická podpora .....</b>	<b>48</b>
Provádění ambulantní monitorace krevního tlaku .....	26	<b>19. Požadavky na vysokofrekvenční odrušení přístroje .....</b>	<b>49</b>
Zadávání poznámek .....	26	<b>20. Požadavky na elektromagnetické odrušení .....</b>	<b>49</b>
Nastavení mezí TK .....	27	<b>21. Likvidace výrobku .....</b>	<b>50</b>
Nastavení dětských mezí .....	28	Přístroj .....	50
Definování časových úseků .....	28	Likvidace baterií .....	50
Úpravy informací o pacientovi a lékaři .....	29	Manžeta .....	51
Zobrazení statistik odpovědi na podání léku .....	32	<b>22. Literatura .....</b>	<b>51</b>

## 1. Úvod do ambulantní monitorace krevního tlaku

Ambulantní systém k monitoraci krevního tlaku (ABPM či ATK) je zavedená klinická metoda usnadňující diagnostiku a léčbu hypertenze na základě dat z opakovaného měření tlaku, konkrétně těchto parametrů: kolísání a odhad skutečného tlaku, noční změny, tlaková zátěž, noční pokles a ranní vzestup tlaku.<sup>1</sup> Měření tlaku na klinice a doma není schopno zajistit tak podrobné informace, jako 24h monitoring. Jak prokázalo několik studií, ambulantní monitorace má lepší výsledky v prognostice poškození cílových orgánů, morbidity a kardiovaskulárního rizika, než klasické měření doma nebo u lékaře.<sup>1, 2, 3</sup>


















Údaje získané z ambulantní monitorace jsou přesné a užitečné při řešení široké škály hypertenzí a souvisejících situací:

- hypertenze kvůli přítomnosti lékaře („hypertenze bílého pláště“),
- rezistentní hypertenze,
- maskovaná hypertenze,
- juvenilní hypertenze,
- ověření účinnosti antihypertenziv během 24 hodin,
- noční hypertenze,
- epizodická hypertenze a úzkostné poruchy,
- známky hypotenze,
- změny ve stravě a denních návycích ke snížení hypertenze.

## 2. Úvod do monitorace centrálního tlaku

Při tomto měření systém odvozuje tlakovou křivku aorty z pulzace manžety, nasazené neinvazivně na pažní tepně. Analýzou této křivky lze získat klíčové údaje: centrální systolický a pulzní tlak a indexy tuhosti tepenné stěny, například augmentovaný tlak a augmentační index. Zvýšený centrální systolický tlak a augmentační index jsou prokázaným markerem rizika kardiovaskulárního onemocnění.<sup>4</sup> Kromě toho byl prokázán přínos těchto parametrů jako biomarkerů k posouzení účinnosti a bezpečnosti léčiv a v konečném důsledku i léčby pacientů.<sup>5</sup>

### 3. Symboly použité na štítcích

Symbol	Popis
	Tento výrobek je křehký a je nutno s ním během přepravy a skladování zacházet opatrně.
	Přepravní a skladovací teplota musí být mezi -20 a +70°C.
	Vlhkost při přepravě a skladování musí být mezi 15 a 95 %.
	Značka CE: Tento výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic ES.
	Výrobek a jeho přepravní obal a udržujte v suchu.
	Monitor a USB kabel obsahují nebezpečné materiály. Po použití je nutné je řádně zlikvidovat.
	Upozornění: Prostudujte si důležité bezpečnostní pokyny dále v návodu.
	Vyrobeno bez použití přírodního latexu
	Neobsahuje PVC
	Výrobek je typu BF, odolný proti účinkům defibrilátoru
	Kontaktní informace výrobce
	Datum výroby
	Upozornění: Federální předpisy USA omezují prodej či objednávání tohoto zařízení pouze na lékaře.
	Udává obvod paže, pro nějž je manžeta vhodná.
	Značka k usnadnění aplikace manžety
	Rozmezí, v němž se musí nacházet konec manžety ke správné aplikaci pacienta.
	Značka označující správnou pozici tepny – šipka a symbol by měly být na pažní tepně.



Výrobní číslo výrobce.



Udává sériové číslo monitoru.



Prostudujte si další informace v návodu.



Upozornění; indikuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

Může také upozorňovat na nebezpečné praktické návyky.



Všeobecné varování; signalizuje potenciálně nebezpečné situace, kde hrozí nebezpečí vážného poranění.



Signalizuje povinný krok nebo opatření.



Udává oprávněného zástupce výrobce v EU.

## 4. Systém ABPM Oscar 2

### Použití

Monitor Oscar 2 je neinvazivní oscilometrický systém k ambulantnímu monitorování krevního tlaku. Pracuje v kombinaci s počítačovým programem AccuWin Pro™, který zaznamenává a umožňuje zobrazení až 250 měření systolického a diastolického tlaku a srdeční frekvence. Celý systém slouží jako pomůcka nebo doplněk při diagnostice a léčbě tam, kde je třeba delší dobu měřit systolický a diastolický krevní tlak dětí (starších tří let) a dospělých pacientů. Přístroj slouží pouze k měření, záznamu a zobrazení hodnot – není schopen stanovit diagnózu.

V rozšířené variantě může Oscar 2 generovat tlakovou křivku vzestupné aorty a řadu indexů centrálního tepenného tlaku. Tato měření se provádějí neinvazivně pomocí manžety upevněné na paži.

Metoda je vhodná pro pacienty, u nichž je třeba získat informace o tlaku vzestupné aorty, avšak nelze provést katetrizaci nebo jiné invazivní monitorování vzhledem k vysokému riziku (např. u pediatrických pacientů).

K dispozici je i varianta s bezdrátovým připojením monitoru pomocí protokolu Bluetooth.

### Obsluha přístroje

Monitor pacient nosí na opasku a má jej zapojen do manžety, ovinuté kolem nadloktí nedominantní paže. Manžeta se automaticky nafukuje v intervalech, které lze naprogramovat při úvodním nastavení. Krevní tlak se měří oscilometrickou metodou, při níž se detekují tlakové vlny v tepně, když je uzavřena tlakem v manžetě. Srdeční frekvence se určuje z frekvence tlakových vln.

Hodnoty tlaku naměřené tímto zařízením jsou ekvivalentní výsledkům získaným poslechem vyškoleným pracovníkem pomocí manžety a stetoskopu, a rozdíly jsou v mezích předepsaných normou USA American National Standard, Electronic or Automated Sphygmomanometers Charakter Korotkovových ozvev, které jsou slyšet nad tepnou pod tlakovou manžetou, se mění, jak tlak v manžetě klesá od vyššího než systolického až k nulovému (atmosférickému) tlaku. Podle charakteru se ozvy dělí na několik fází. Fáze 1 (K1) neboli systolická začíná náhlým projevem slabého, jasného klepání nebo bušení, které postupně sílí. Fáze 5 (K5) neboli diastolická začíná, když začne ticho, a byla použita k posouzení celkové funkčnosti přístroje Oscar 2.

Oscar 2 splňuje veškeré validační požadavky Mezinárodního protokolu Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH)<sup>7</sup> a britské společnosti pro hypertenzi (BHS)<sup>8</sup>. Máte-li zájem o výsledky citovaných studií, zašlete prosím písemný požadavek na adresu:

SunTech Medical®

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560-8200 USA

nebo navštivte naše webové stránky na adrese: [www.suntechmed.com/bp-devices-and-cuffs/ambulatory-blood-pressure-monitoring/oscar-2#Research\\_Study\\_Library](http://www.suntechmed.com/bp-devices-and-cuffs/ambulatory-blood-pressure-monitoring/oscar-2#Research_Study_Library).

## Výrobky a příslušenství

Balení systému Oscar 2 obsahuje následující materiál. Pokud některá položka chybí, kontaktujte ihned společnost SunTech Medical (kontaktní informace viz bod Omezená záruka).

Další informace o možných kombinacích tohoto příslušenství najdete v orientačním návodu k přístroji (kat. č. 82-0403-00).

ABPM systém Oscar 2 (příslušenství v balení)

Popis položky	Kat. číslo
ATK monitor Oscar 2*	Viz tabulka Systém dále
Program AccuWin Pro™ 4	27-0144-A1
Kabel mikroUSB	91-0130-00
Pouzdro na přístroj Oscar 2	98-0032-07
Pásek Oscar 2	98-0037-00
Návod k obsluze monitoru Oscar 2	80-0062-00
Zkrácený návod k přístroji Oscar 2	82-0403-00
Manžety pro ABPM, velikost 2 (25-35 cm)	98-0239-02
Manžety pro ABPM, velikost 3 (32-44 cm)	98-0239-03

\* Popis a čísla součástí v zakoupeném balení najdete v tabulce „ABPM systém Oscar 2 (varianty monitoru)“

### Volitelné příslušenství k systému Oscar 2

Popis položky	Kat. číslo
Manžety pro ABPM, velikost 1 (18-26 cm)	98-0239-01
Manžety pro ABPM, velikost 4 (42-55 cm)	98-0239-04

ABPM systém Oscar 2 (varianty monitoru)

Popis položky	Kat. číslo
ABPM monitor Oscar 2 – Standard	99-0133-00
ABPM monitor Oscar 2 – Bluetooth	99-0133-01
ABPM monitor Oscar 2 s technologií SphygmoCor	99-0133-02
ABPM monitor Oscar 2 s technologií Bluetooth a SphygmoCor	99-0133-03
ABPM monitor Oscar 2 – Standard – bez program AWP4	99-0133-10
ABPM monitor Oscar 2 – Bluetooth – bez program AWP4	99-0133-11
ABPM monitor Oscar 2 s technologií SphygmoCor – bez program AWP4	99-0133-12
ABPM monitor Oscar 2 s technologií Bluetooth a SphygmoCor – bez program AWP4	99-0133-13

## Úvod do programu AccuWin Pro™ 4

AccuWin Pro™ 4 je jednoduchý počítačový program, použitelný pouze v kombinaci s monitorem Oscar 2, který zajišťuje maximální flexibilitu při konfiguraci, analýze, interpretaci a hlášení testů ABPM.

K jeho využití je nutný počítač (není součástí balení).

### Požadavky na počítačový systém

- Windows 8.1, 7 (32 nebo 64bit) či XP,
- SVGA nebo kompatibilní grafický adaptér a monitor, minimální doporučené rozlišení 1280 x 1024,
- jeden volný USB port,
- minimálně 4 GB RAM,
- minimálně 30 GB místa na pevném disku pro databáze pacientů.

### Poznámka k americkému zákonu HIPPA

Předpisy stanovené v americkém Zákonu o přenosu a uchování informací ve zdravotním pojištění (HIPAA) upravují celou řadu oblastí, z nichž dvě mohou být pro lékaře využívající programy podobné AccuWin Pro™ 4 problematické: soukromí a bezpečnost.

V programu AccuWin Pro™ 4 však lze chránit přístup do systému heslem a šifrovat data pacientů, takže může lékař požadavky uvedeného zákona splnit. Ovšem pozor, za dodržení zákona odpovídá uživatel programu. Dbejte proto na správné zacházení s vytištěnými zprávami, PDF soubory a exportovanými daty, které obsahují nezašifrované informace o pacientech.

### Biokompatibilita a součásti v kontaktu s pacientem

Jedinou součástí systému Oscar 2, která je v kontaktu s pacientem, je manžeta Orbit ABPM. U všech takových součástí byla posouzena biokompatibilita podle platných norem.

### Technické údaje

Metoda měření	Oscilometrie s krokovým vypouštěním
Měřicí rozsah krevního tlaku:	Systolický: 40–260 mm Hg; Diastolický: 25–200 mm Hg
Měřicí rozsah tepové frekvence:	40–200/min
Maximální nafukovací tlak	280 mm Hg
Přesnost	Hodnota tepové frekvence je přesná $\pm 2\%$ , minimálně však $\pm 3$ tepy/min. Naměřené hodnoty krevního tlaku splňují požadavky norem ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 na přesnost neinvazivního měření: střední chyba $\pm 5$ mm Hg, směrodatná odchylka 8 mm Hg.
Validace	Klinicky validováno podle Mezinárodního protokolu ESH, BHS (A/A) a ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013.
Provozní podmínky	10 až 50 °C; relativní vlhkost 20–95 %, bez kondenzace
Podmínky při přepravě a skladování	-20 až 70 °C; relativní vlhkost 15–95 %, bez kondenzace
Ochrana proti vniknutí vody	Běžné zařízení, žádná ochrana – IPX0.




Klasifikace	Nepřetržitý provoz Napájení: Dvě tužkové baterie AA,
Paměť	Paměť typu flash pojme až 250 výsledků
Doporučené kalibrace:	Minimální, jednou za dva roky
Bezpečnostní mechanismy	Maximální nafukovací tlak omezen na 300 mm Hg; aut. přetlakový ventil pro případ výpadku proudu; maximální délka měření TK je pod 140 sekund.
Období měření	24 nezávisle programovatelných období (možnosti: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 a 120 minut)
Mezinárodní standardy	AAMI / ANSI ES60601-1:2005/(R) 2012 a A1:2012, C1:2009/(R) 2012 a A2:2010/(R) 2012 (úplné znění) EN 60601-1:2006/AC: 2010 ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 IEC 80601-2-30:2013 IEC 60601-1, 3.0 edition (Základní bezpečnost) ANSI/AAMI/ISO 15223-1:2012 EN ISO 10993-1:2009 /AC: 2010 IEC 60601-1-2:2007 /AC: 2010 EN 62304:2006/AC: 2008 AAMI/ANSI/ISO 15223-1:2012 IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 IEC 60601-1-11: 2010
Velikost	Přibližně 120 x 70 x 35 mm
Váha	Přibližně 275 g (včetně baterií)
Podmínky skladování	Asi 120 x 70 x 32 mm
Data	USB 2.0 (mikroUSB) s volitelným protokolem Bluetooth™ 4.0



### Bezpečnostní a výkonnostní aspekty

Před použitím monitoru Oscar 2 vezměte v úvahu tyto body:

- Zařízení je odolné proti účinkům defibrilátoru.
-  **POZNÁMKA:** Žádná specifická bezpečnostní opatření vzhledem k tomuto přístroji nejsou při defibrilaci potřebná, a defibrilace na přístroj nemá vliv.
- Monitor lze používat pouze po poradě s lékařem a dle jeho pokynů.
  - Spolehlivost přístroje závisí na dodržení provozních a servisních pokynů, tak jak jsou popsány v tomto návodu.
  - Tento přístroj je určen pro pacienty s normálními sinovými rytmy.
  - Interpretaci naměřených výsledků tlaku smí provádět pouze lékař. Přesnost jakýchkoli výsledků může být negativně ovlivněna polohou pacienta nebo jeho fyzickým stavem, případně využíváním přístroje k účelům mimo určené použití, tak jak jsou podrobně uvedeny v tomto návodu.
  - Bezpečnost a účinnost měření centrálního krevního tlaku u dětí mladších 18 let, těhotných žen a novorozenců nebyla ověřena.



### Likvidace odpadu

Signalizuje, že monitor obsahuje materiály, které mohou být nebezpečné lidskému zdraví. Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE. Vyřazený monitor vraťte výrobci k náležité likvidaci. Ostatní materiál likvidujte v souladu s místními předpisy.

## **Možné nežádoucí účinky**

Látka manžety může způsobit alergický exanthém (symptomatický výsev) v oblasti manžety, včetně vzniku kopřivky (alergická reakce, při níž dojde ke vzniku vyvýšených edematózních oblastí na kůži nebo sliznici s intenzivním svěděním).


Zjištěn byl výskyt petechie (drobných zarudlých skvrn obsahujících krev v kůži) nebo Rurple-Leedova jevu (vícečetné petechie) na předloktí po aplikaci manžety, což může vést k idiopatické trombocytopenii (spontánnímu a přetrvávajícímu poklesu počtu krevních destiček a nadměrnému krvácení) nebo flebitidě (zánětu žil).


## **Upozornění před použitím**


Monitor je koncipován tak, aby pracoval ve shodě s popisem obsaženým v tomto návodu, pokud je provozován, udržován a opravován v souladu s poskytnutými pokyny. Monitor nijak neupravujte. Zajistěte, aby test podstupovali pouze pacienti s vhodným tlakem. Pokud se u monitoru objeví něco abnormálního, zastavte ihned vyšetření a odpojte přístroj z těla pacienta. Pokud byl monitor použit nebo uložen v neodpovídajících podmínkách (viz strana Technické údaje), nemusí splňovat své funkční parametry. Pokud se manžeta nevyпустí, informujte pacienta, jak ji správně a bezpečně sejmout.

## **Varování**


Všeobecné varování signalizuje potenciálně nebezpečné situace, kde hrozí nebezpečí vážného poranění.


 **VAROVÁNÍ:** *Nepoužívejte v přítomnosti hořlavých anestetik; mohlo by dojít k explozi. Tento přístroj není vhodný k použití v prostředí s vyšším množstvím kyslíku.*


 **VAROVÁNÍ:** *Nenamáchejte monitor do žádných kapalin, nestavte na něj nádoby s nimi, a nesnažte se jej čistit tekutými detergenty nebo čistícími prostředky. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem. Pokud dojde k náhodnému namočení monitoru, nepoužívejte jej a vraťte výrobci (viz bod Omezená záruka). Pokyny k péči najdete v bodu Údržba a čištění přístroje.*


 **VAROVÁNÍ:** *Příliš časté měření může způsobit narušení průtoku krve a tím i poškození zdraví pacienta.*

 **VAROVÁNÍ:** *Manžetu neaplikujte na ránu – může ji to zhoršit.*


 **VAROVÁNÍ:** *Pokud se pacientka podrobila mastektomii, manžetu neaplikujte na paži na straně zákroku. V případě oboustranné mastektomie použijte nedominantní paži.*


 **VAROVÁNÍ:** *Natlačování manžety může dočasně způsobit výpadek jiného monitoru nasazeného na stejné končetině.*

 **VAROVÁNÍ:** *Nepoužívejte přístroj, pokud upadl nebo je poškozen. V takovém případě před dalším použitím zajistěte kontrolu kvalifikovaným servisním technikem.*

 **VAROVÁNÍ:** *Nenasazujte manžetu na končetinu, do níž je podávána intravenózní infuze, je zaveden nitrožilní vstup nebo vytvořen arteriovenózní zkrat. Nafouknutí manžety může dočasně zastavit průtok krve a případně i poškodit pacienta.*

 **VAROVÁNÍ:** *Používejte pouze manžety od firmy SunTech Medical. Použití jiných manžet nebylo ověřeno a měření s nimi nemusí být přesné.*


 **VAROVÁNÍ:** *Použití příslušenství a kabelů s jiným přístrojem či systémem než zde uvedeným může mít za následek zvýšené rušení okolí nebo samotného přístroje.*


 **VAROVÁNÍ:** *Rušení monitoru Oscar 2 mohou způsobit i přístroje splňující požadavky na odrušení (norma CISPR).*


 Varování: Na funkci přístroje mohou mít negativní vliv extrémní hodnoty teploty, vlhkosti a nadmořské výšky.


## Upozornění


Upozornění indikuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění. Může také upozorňovat na nebezpečné praktické návyky.


 **UPOZORNĚNÍ:** Nepřipojujte přístroj k zařízením nesplňujícím normu EN60601-1. Když je přístroj připojen k pacientovi, jeho komunikační port lze připojit pouze k zařízením, vyhovujícím této normě.


 **UPOZORNĚNÍ:** Nesnímejte kryty monitoru, pokud nechcete vyměnit baterie. Monitor neobsahuje žádné komponenty, u nichž by mohl uživatel provádět servis. Pokud je nějaký servis zapotřebí, vraťte přístroj dodavateli.

 **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte u novorozenců, dětí mladších tří let a pacientů se sklonem k podlitinám.


 **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte monitor, pokud se nezdařil diagnostický autotest, nebo pokud se na displeji bez připojené manžety zobrazí vyšší tlak než nula. Jakékoli další hodnoty zobrazené na takovém monitoru mohou být nepřesné.


 **UPOZORNĚNÍ:** Náhrada některé součásti za jiný typ než dodaný může mít za následek chyby měření. Opravy smí provádět pouze personál vyškolený nebo oprávněný společností SunTech Medical.

 **UPOZORNĚNÍ:** Monitor neobsahuje žádné vnitřní části, u nichž by mohl uživatel provádět údržbu nebo opravy, a smí jej otevřít pouze zástupce autorizovaného servisu. Neprovádějte žádnou údržbu, pokud je výrobek v provozu.

 **UPOZORNĚNÍ:** Požádejte pacienta, aby si manžetu manuálně sejmul, pokud se sama do dvou a půl minuty nevyпустí.


 **UPOZORNĚNÍ:** Ujistěte se, zda provoz monitoru dlouhodobě nenarušuje krevní oběh pacienta.

 **UPOZORNĚNÍ:** Pokud přístroj nebude dlouho v provozu, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškození monitoru.

 **UPOZORNĚNÍ:** Pokud dojde k přiskřípnutí nebo zalomení nafukovací hadičky, trvalý tlak na končetinu může narušit krevní oběh a případně i poškodit pacienta.


 **UPOZORNĚNÍ:** Použití nesprávné velikosti manžety může způsobit chybné výsledky krevního tlaku.


 **UPOZORNĚNÍ:** Neperte balónek manžety v pračce.

 **UPOZORNĚNÍ:** U pacientů s hypotenzí používejte přístroj se zvýšenou opatrností.

## Kontraindikace


Při stanovení diagnózy léčby pacienta přihlédněte kromě výsledků ze systému Oscar 2 i k ostatním dostupným údajům z anamnézy a diagnostických testů. Systém nemusí být vhodný k použití v následujících situacích.









 **KONTRAIKACE:** Nepoužívejte u pacientů s nepravidelným, zrychleným nebo mechanicky regulovaným srdečním rytmem, například při arytmiích.

 **KONTRAIKACE:** Nepoužívejte u pacientů se stenózou karotidy či aortální chlopně.

**! KONTRAINDIKACE:** Použití systému není vhodné při generalizovaném zúžení nebo lokalizovaném spazmu hlavních tepen, např. bezprostředně po operaci kardiopulmonálního bypassu s řízenou hypotermií, při Raynaudovu fenoménu nebo po vystavení silnému chladu.

## Oscar 2 – stručný přehled



Tlačítka	Funkce
Vypínač	 ZAPNUTÍ: Stiskněte vypínač. VYPNUTÍ: V době, kdy monitor neměří, podržte vypínač, dokud se neozve pět rychlých pípnutí. ZASTAVENÍ BĚŽÍCÍHO MĚŘENÍ: Stiskněte vypínač. SPUŠTĚNÍ NAPROGRAMOVANÉHO TESTU: Pokud čas bliká, stiskněte vypínač. SPUŠTĚNÍ JEDNORÁZOVÉHO MĚŘENÍ TK: Pokud je čas zobrazen, stiskněte vypínač.
Tlačítko	 Přepíná mezi denním a nočním režimem.
Událost	 Zadáání události nebo sledování odpovědi na dávku léku.
Symbyly na displeji	Popis
Čas	10:45 Ukazuje aktuální čas. Pokud bliká, monitor se za dalších 20 sekund vypne (pokud nepoběží test ABPM).
Tlak	75 mm Ukazuje tlak manžety v mm Hg během měření.
Zobrazení výsledků	120/80 mm Hg Bezprostředně po měření displej zobrazí výsledky (pokud je takto nastaven). První zobrazené číslo je tlak krve v mm Hg, po něm tepová frekvence v úderech za minutu.
Kontrola	CTK Signalizuje, zda je měření CTK zapnuto a správně funguje. Zobrazuje se pouze během
Hodiny	 Signalizuje, že probíhá naprogramovaný test ABPM.
Slunce	 Signalizuje, že monitor sbírá výsledky do testu ABPM podle nastavení denního režimu.
Měsíc	 Signalizuje, že monitor sbírá výsledky do testu ABPM podle nastavení nočního režimu.
Baterie	 Signalizuje nízké napětí baterií; baterie je třeba vyměnit.
Tiskárna	 Signalizuje počet výsledků v paměti.

## 5. Nastavení systému Oscar 2

V rámci nastavení systému je potřeba zapnout monitor, instalovat program AccuWin Pro™ 4 do počítače a ten připojit k monitoru.

Při zakoupení systému ABPM Oscar 2 dostanete vše, co k měření potřebujete. Kompletní obsah soupravy je popsán v bodech o výrobku a jeho příslušenství.

### Napájení monitoru Oscar 2

Vložte dvě tužkové baterie (AA) do šachty na zadní straně monitoru. Symboly v šachtě ukazují správnou orientaci baterií. Po jejich správném založení se na displeji monitoru zobrazí tyto údaje:

1. Pomlčky, které přibývají
2. Název softwaru a bezpečnostní verze monitoru
3. Napětí baterie a po něm tři rychlá pípnutí

4. Počet měření TK v paměti, následovaný jedním dlouhým pípnutím
5. Blikající čas

Tím je monitor připraven k použití.

**POZNÁMKA:** Zajistěte zasunutí baterií se správnou polaritou. Nesprávná instalace zabrání funkci monitoru. Baterie musí být založeny po celou dobu programování, přípravy a načítání dat.

**!** **UPOZORNĚNÍ:** Pokud přístroj nebude dlouho v provozu, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškození monitoru.

## Instalace programu AccuWin Pro™ 4

### Požadavky na počítačový systém


- Windows 8.1, 7 (32 nebo 64bit) či XP,
- SVGA nebo kompatibilní grafický adaptér a monitor, minimální doporučené rozlišení 1280 x 1024,
- jeden volný USB port,
- minimálně 4 GB RAM,
- minimálně 30 GB místa na pevném disku pro databáze pacientů.

**POZNÁMKA:** Standardní instalace AccuWin Pro™ Pro 4 neumožňuje použití serverových licencí. Pokud chcete pracovat v sítích s větším počtem uživatelů, je potřeba provést instalaci na míru. Najděte si informace na adrese [www.suntechmed.com](http://www.suntechmed.com) nebo požádejte o pomoc oddělení zákaznických služeb výrobce.

**POZNÁMKA:** Program AccuWin Pro™4 nainstalujte ještě před připojením USB kabelu k počítači.

Zaregistrujte si monitor na adrese [www.suntechmed.com/software](http://www.suntechmed.com/software). Po registraci si stáhněte instalační soubor programu do počítače (se systémem Windows). V souboru najdete veškerý potřebný software k použití monitoru Oscar 2 Model 250. Po stažení instalační soubor spusťte v počítači. Pokud nemáte přístup k internetu, požádejte o asistenci podporu výrobce. Po instalaci programu AccuWin Pro™ 4 připojte monitor k počítači.

1. Zapojte kabel ze soupravy do mikroUSB portu na spodku monitoru (obr. 1, část A).
2. Druhý konec kabelu zapojte do USB portu na počítači (obr. 1, část B).



Obr. 1: Připojení monitoru k počítači

**!** **VAROVÁNÍ:** Nepřipojujte přístroj k zařízením nesplňujícím normu EN60601-1. Když je přístroj připojen k pacientovi, jeho komunikační port lze připojit pouze k zařízením, vyhovujícím této normě.

*POZNÁMKA: Kabel můžete nechat zapojen, i když je počítač vypnut.*

## Komunikace s monitorem

Tipy k úspěšnému ambulantnímu měření TK: Nejprve připojte monitor k počítači, a pak ve stažené aplikaci SunTech v počítači naprogramujte potřebný test. Jakmile se pacient vrátí do ambulance, pomocí programu SunTech stáhnete naměřená data z monitoru do počítače.

## Bezdrátová komunikace

Oscar 2 může být vybaven volitelným modulem Bluetooth™, který umožní bezdrátovou komunikaci s notebooky, mobilními telefony atd. v domácí síti. Další informace o připojení k těmto přístrojům poskytnete autorizovaný zástupce výrobce.

## Mobilní aplikace True24

Záznamníková mobilní aplikace True24™ spolupracuje s ambulantním monitorem TK, přístrojem SunTech Medical Oscar 2™, během testu ATK předepsaného lékařem.

Aplikace po každém měření ve dne vyzve pacienta, aby zadal údaje o své aktivitě, poloze či problémech během měření. Tyto informace usnadní lékaři interpretaci naměřených hodnot a volbu optimální antihypertenzní léčby.

Aplikace True24 funguje pouze v přístrojích se systémem Apple iOS a lékař ji musí stáhnout z obchodu iTunes (vyhledejte zadáním klíčového slova „True24“).

Po stažení aplikace si lékař může pomocí výukových materiálů nastudovat řadu aspektů práce:

- Připojení telefonu k monitoru Oscar 2
- Použití hlavní obrazovky aplikace
- Použití pacientových záznamů v aplikaci
- Příprava pacienta na noční režim
- Tipy k úspěšnému provedení testu
- Použití monitoru Oscar 2



Obr. 2: Pokyny k použití tlačítek

## Spárování telefonu s monitorem

Po stažení aplikace z obchodu Apple App Store tuto spusťte a podle následujících pokynů proveďte spárování. Spuštění režimu párování protokolu Bluetooth na monitoru:

1. Tiskněte současně obě tlačítka podle obr. 2, dokud nezazní 5 dlouhých pípnutí a na displeji se nezobrazí text „bt Pr“.
2. Po úspěšném spárování s telefonem či tabletem vygeneruje monitor jedno dlouhé pípnutí a na displeji se krátce zobrazí text „bt con“. Následně monitor ukončí režim párování a připojí se ke spárovanému přístroji.
3. Monitor zůstává v režimu párování po dobu asi 3 minut.
  - Pokud do té doby nedojde ke spárování, monitor tento režim ukončí.
  - Párování lze spustit znovu provedením výše uvedeného prvního kroku.

**Lékař musí uživatele vyškolit ve správném použití aplikace, včetně následujícího kroku.**

Pokud je aplikace spuštěna a po změření tlaku nevyzve uživatele k zadání údajů, doporučujeme zkontrolovat párování pomocí pokynů v aplikaci.

Aplikaci nedoporučujeme používat během sekvence měření po podání léku, protože by mohlo dojít k rušení.



## Přihlášení do programu AccuWin Pro

Pokud správce programu aktivoval kontrolu heslem, musíte zadat platné uživatelské jméno a heslo při každém spuštění programu nebo změně aktuálního uživatele. Další informace najdete v bodu „Nástroje správce“. Pokud přihlašování heslem není aktivováno, není nutné heslo zadávat.

*POZNÁMKA: Správce programu může nastavit automatické odhlášení uživatele po uplynutí nastavené doby nečinnosti. Pokud jste odhlášení, musíte se znovu přihlásit.*

Chcete-li se přihlásit, zadejte platné uživatelské jméno a heslo a pak klikněte na tlačítko **OK**.

## Změna hesla

Pokud znáte své heslo, můžete jej změnit. Pokud je to vaše první přihlášení, musíte změnit výchozí heslo, které vám bylo přiřazeno. Před změnou hesla se však musíte přihlásit zadáním jména a výchozího hesla.

Chcete-li změnit heslo:

1. Z nabídky **Konfigurovat** zvolte **Nástroje správce**.
2. Klikněte na volbu **Změna hesla**.
3. Zadejte aktuální heslo.
4. Zadejte nové heslo. Může obsahovat písmena a čísla a mít přinejmenším 6 znaků.
5. Zadejte nové heslo znovu a tak jej potvrďte.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

*POZNÁMKA: Pokud heslo zapomenete, musíte požádat správce o jeho resetování.*

## Změna aktuálního uživatele

Chcete-li změnit aktuálního uživatele:

1. Z nabídky **Konfigurovat** zvolte **Nástroje správce**.
2. Klikněte na volbu **Změnit uživatele**.
3. Zadejte platné uživatelské jméno.
4. Zadejte platné heslo.
5. Klikněte na tlačítko přihlášení.

# 6. Ovládání programu AccuWin Pro™ 4

AccuWin Pro v4 umožňuje pružné naprogramování monitoru zvoleným způsobem, a také jednoduchý sběr a extrahování důležitých dat o vyšetřeních. Panel nástrojů umožňuje použití oblíbených funkcí na jediné kliknutí. Panel nabídek umožňuje přístup ke všem funkcím programu.

## Tlačítka na panelu nástrojů

**Program:** Tato volba otevře programovací dialog monitoru.

**Načíst:** Načtení dat z monitoru.

**ATK data:** Otevření testu ABPM a výběru pacienta

**Náhled před tiskem:** náhled sestavy za otevřený test.

**Tisk:** Vytisknutí zprávy za otevřený test.

**Tisk stránky:** Vytisknutí stránky se zprávou z aktuálně zobrazených dat

**PDF:** Vytisknutí zprávy za otevřený test ve formátu PDF.

**Nastavení:** Otevření okna nastavení.



**Nápověda:** Program otevře okno nápovědy.

**Konec:** Ukončení programu AccuWin Pro v4.

**Jazyky:** Umožňuje spuštění programu v 8 různých jazycích.

## 7. Provádění ambulantní monitorace krevního tlaku

### Naprogramování monitoru k testu ABPM

K přípravě monitoru k vyšetření jednoduše vyplňte elektronický formulář a nastavte v něm parametry daného testu. K vyplnění formuláře můžete také použít šablony. Ty zajišťují konzistentnost programování a dodržování konkrétních protokolů. Výchozí šablony najdete v programu, můžete si však vytvořit i vlastní. Viz také kapitola o výchozích šablonách.

#### Chcete-li naprogramovat monitor:

1. Z nabídky **Monitor** vyberte možnost **Naprogramovat test**. Alternativně klikněte na tlačítko **Program** na panelu nástrojů.
2. Zadejte požadované parametry do formuláře (obr. 3). Viz bod Nastavení parametrů.
3. Pokud je monitor vybaven technologií SphygmoCor, lze ji zapnout nebo vypnout podle toho, zda potřebujete i data o CTK.
  3. Klikněte na jednu z následujících možností:
    - **Program** k přenosu informací do monitoru. Indikátor průběhu ukazuje průběh přenosu a zmizí, jakmile je programování úspěšně dokončeno.
    - **Storno** slouží k uzavření dialogového okna.
    - **Nápověda** – tuto možnost zvolte, potřebujete-li nápovědu programu.

#### Chcete-li zadat podrobné údaje o pacientovi před provedením testu:


1. V okně Programování monitoru klikněte na tlačítko „Volba/vytvoření pacienta“ a na tlačítko „Vytvoření nového pacienta“.
2. Otevře se nové okno **Informace o pacientovi** (obr. 4). Zadat informace o pacientovi.
3. Kliknutím na tlačítko **OK** uložte údaje o pacientovi, jehož test budete programovat. Klikněte na **Storno**, chcete-li dialog zavřít bez uložení změn.

*Poznámka: K vytvoření nového pacienta je nutné zadat jeho číslo a alespoň jedno písmeno jeho příjmení.*


#### Chcete-li zadat intervaly měření:

Klikněte na volbu **Přidat další**.

Vyberte čas začátku a konce a intervaly z rozevírací nabídky a pak klikněte na tlačítko **Přidat**. Můžete zadat až 24 dalších období. Zadaná období se objeví ve výšečovém diagramu.



Obr. 3: Programování monitoru (karta Standard)




Obr. 4: Programování monitoru (okno Informace o pacientovi)

Pokud potřebujete odstranit naposledy zadané období, klikněte na tlačítko **Odebrat poslední**.

#### Chcete-li monitor naprogramovat pomocí šablony:

1. V otevřeném okně Programování monitoru dole klikněte na tlačítko Otevřená šablona.
2. V dialogu **Dostupné šablony** (obr. 5) vyberte název šablony a klikněte na tlačítko **Otevřít**. Formulář se automaticky vyplní z šablony.
3. Klikněte na jednu z následujících možností:
  - **Program** k přenosu informací do monitoru. Indikátor průběhu ukazuje průběh přenosu a zmizí, jakmile je programování úspěšně dokončeno.
  - **Storno** slouží k uzavření dialogového okna.
  - **Nápověda** – tuto možnost zvolte, potřebujete-li nápovědu programu.



Obr. 5: Okno Dostupné šablony

#### Chcete-li vytvořit šablonu:

1. Zadejte **požadované parametry** do formuláře v okně **Programování monitoru**. Viz bod Nastavení parametrů.
2. Klikněte na tlačítko Uložit šablonu na spodním okraji okna Programování monitoru.
3. V dialogu **Přiřadit název šablony** zadejte název šablony a klikněte na tlačítko **Uložit**.

#### Chcete-li otevřít šablonu:

1. V otevřeném okně Programování monitoru dole klikněte na tlačítko Otevřená šablona.
2. V dialogu **Dostupné šablony** vyberte název šablony a klikněte na tlačítko **Otevřít**.
3. Příslušná pole v dialogu se vyplní údaji šablony.

#### Chcete-li šablonu odstranit:

1. V otevřeném okně Programování monitoru dole klikněte na tlačítko Otevřená šablona.
2. V dialogu Dostupné šablony vyberte název šablony a klikněte na tlačítko **Odstranit**.
3. Potvrďte odstranění kliknutím na tlačítko **Ano**.

#### Chcete-li šablonu zaslat emailem:

1. Z nabídky Soubor zvolte možnost **Email > Programování šablony**.
2. Otevře se okno Programování šablony. Zvolte vhodné šablony a klikněte na tlačítko **OK**.
3. Zobrazí se dialogové okno Email. Zadejte emailovou adresu příjemce, předmět zprávy a její text.
4. Kliknutím na **Odeslat** soubory odešlete. Chcete-li zasílané soubory změnit, klikněte na tlačítko **Zapojte**. Pokud budete potřebovat nastavit způsob odesílání emailů, klikněte na tlačítko **Konfigurovat**.

## Nastavení parametrů

Parametry lze upravit takto:

#### Karta Standard

Jméno pacienta, číslo pacienta	Zadejte jméno pacienta (křestní, prostřední, příjmení) a jeho číslo; tato data budou použita do zpráv a k referenčním účelům.
Měřená paže	Zvolte možnost <b>Levá</b> nebo <b>Pravá</b> , a podle potřeby zaškrtněte políčko <b>Dominantní</b> .
Číslo pracoviště	Zadejte max. 12 číslic.
Číslo testu	Zadejte až 12 alfanumerických znaků.
Informace o pacientovi	Kliknutím otevřete okno „Informace o pacientovi“. Toto okno slouží k zadání všech údajů o pacientovi před provedením testu ATK.

**Období:** Určuje, kdy a jak často bude monitor provádět měření. U polí **Denní čas** a **Doba spánku** zvolte čas jejich začátku z rozevírací nabídky **Hodin**. V rozevíracích nabídkách **Interval brachiálního TK** a **Interval centrálního TK** vyberte potřebný interval mezi měřeními (5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 nebo 120 minut). Pozor, interval brachiálního TK musí být násobkem brachiálního intervalu.

**Zaháj.testu za 5 min.:** Při zaškrtnutí políčka bude test automaticky spuštěn po naprogramování; Pokud zaškrtnuto není, test bude spuštěn prvním stisknutím vypínače (pokud je monitor zapnutý).

#### Karta Rozšířené

**Max tlak** Určuje maximální nafukovací tlak pro monitor (lze nastavit v rozsahu 160–280 mm Hg). Doporučená hodnota je 30 mm Hg nad nejvyšším očekávaným systolickým TK.  
*POZNÁMKA: ATK monitor při měření nenafukuje na maximální tlak, ale na hodnotu 30 mm Hg nad naposledy naměřenou systolickou hodnotou.*

**Interval** Nastavte typ intervalu. Zvolte možnost **Fixní**, pokud mají být intervaly v přesných časech. Zvolte **Standard**, pokud je povolena tolerance +/- 5 minut kolem zvoleného času.

**Minimální doba mezi měřeními (min)** Umožňuje nastavení minimální časové prodlevy mezi měřeními. Zadaný počet minut musí být menší, než nejkratší interval zvolený k měření brachiálního TK.

**Opakovaných pokusů** Při zaškrtnutí tohoto políčka bude monitor opakovat měření, která se nezdařila.

**Ruční měření** Při zaškrtnutí tohoto políčka lze provést mimořádné měření stiskem vypínače. Pokud je ruční měření deaktivované, vždy musí být aktivována volba „Zaháj.testu za 5 min“. Pokud je tato volba aktivní, ruční měření lze povolit nebo zakázat.  
*POZNÁMKA: Ruční měření je standardně povoleno po prvních 30 minut testu.*

**Typ** Zvolte povolený typ ručního měření: **Pouze brachiální TK** nebo **Brachiální a centrální TK**.

**Akustická upozornění** Akustický signál se ozývá na začátku a po skončení každého měření, pouze však ve dne.

**Označení události** Pokud je tato volba aktivována, pacient může během testu zadat do systému až 30 událostí.  
*POZNÁMKA: Při aktivaci funkce „Označení události“ není k dispozici volba „Sekvence po dávce“.*


**Tlačítko den/noc** Při aktivaci této volby bude na monitoru povoleno tlačítko Den/noc, s nímž si pacient může denní a noční dobu přizpůsobit podle svého programu. Den a noc lze posunout až o čtyři hodiny oproti naprogramovanému času.

**Zobrazení výsledků** Při aktivaci pacient uvidí výsledky okamžitě po měření.  
*POZNÁMKA: Tato volba je standardně aktivována po prvních 30 minut testu. Zobrazují se výsledky pouze brachiálního TK.*

**Poznámka 1, Poznámka 2** Zadejte až 20 alfanumerických znaků.

**Rozdíl čas.zóny** Pokud se pacient nachází v jiném časovém pásmu, zadejte rozdíl mezi pásmy (bude zohledněn na hodinách zobrazovaných monitorem). Pole „Čas počítače“ a „Čas monitoru“

jsou vyplněna automaticky.

Sekvence po dávce	Zadejte délku a interval měření brachiálního TK a CTK na max. čtyři měřicí sekvence po podání přípravku. Tyto sekvence lze využít ke sledování TK po podání léku. Sekvence začne, jakmile pacient stiskne tlačítko události. Obsah polí vymažete tlačítkem <b>Vymazat</b> .  Jakmile je sekvence zahájena, nelze mačkat tlačítko dávky  – tím by došlo ke spuštění nové sekvence. Při analýze odpovědi na lék se nezohledňují ručně naměřené hodnoty.  <i>POZNÁMKA: Při aktivaci funkce „Označení události“ není k dispozici volba „Sekvence po dávce“.</i>
-------------------	--

## Karta Kontrola kvality


Období ke kontrole kvality:	Zvolte časy začátku a konce období, v němž má systém provést kontrolu kvality.
Minimální požadavky na čtení:	Zadejte, kolik procent plánovaných měření má minimálně proběhnout během definovaného kontrolovaného období. Minimální počet měření za hodinu během tohoto období může být v rozsahu 0 až 12. Minimální počet hodin z testu, kdy došlo k nějakému měření. <i>POZNÁMKA: Chcete-li kartu kontroly kvality zobrazit, musíte nejprve povolit volbu „Kontrola kvality“ v dolní části okna Programování monitoru.</i>

## Připojení pacienta k monitoru a nasazení manžety

Jakmile úspěšně naprogramujete přístroj Oscar 2 k použití s programem AccuWin Pro 4, můžete pacienta připojit k monitoru a nasadit manžetu. Manžety lze použít na libovolné paži.


### 1. Zvolte správnou velikost manžety

Ke zjištění vhodné velikosti manžety pro daného pacienta oviňte manžetu kolem jeho nadloktí, aniž na ně nasunete rukávec. Pomocí barevně odlišeného indikátoru RANGE na vnitřní straně manžety a tučně vytištěné značky INDEX zkontrolujte, zda rozsah manžety odpovídá obvodu paže. Pokud ano, manžeta má správnou velikost. Pokud je značka mimo rozsah RANGE, zkuste manžetu jiné velikosti (jsou rozlišené barvou).

 **UPOZORNĚNÍ:** Použití nesprávné velikosti manžety může způsobit chybné výsledky krevního tlaku.

### 2. Nasadte manžetu

Chcete-li manžetu nasadit, jednoduše navlékněte rukávec na paži pacienta; dbejte, aby barevný indikátor velikosti byl v horní části manžety. Manžeta musí být v polovině vzdálenosti mezi loktem a ramenem. Ujistěte se, zda je značka ARTERY na pažní tepně pacienta, mezi bicepsem a tricepsem. Omotejte pevně manžetu kolem nadloktí.



Obr. 6: Pokyny k použití ABPM manžety značky SunTech

### 3. Připojte hadičky

Spojte hadičky od manžety a monitoru; zakroucením konektory spojte tak, aby zaklaply. Přehodte hadičku přes rameno pacienta a vedte ji kolem krku a přes druhou polovinu těla.

#### 4. Připojte systém k pacientovi

Uložte monitor do pouzdra tak, aby byl displej vidět okénkem. Připevněte pouzdro na opasek a ten nasadte pacientovi (obr. 7).



Obr. 7: Nasazování manžety pacientovi

#### Příprava a instruktáž pacienta

Při měření krevního tlaku oscilometrickým přístrojem je důležité dodržovat správný postup, které zajistí platné a přesné výsledky. Příprava pacienta k vyšetření ATK je tím nejvýznamnějším krokem k úspěšnému výsledku testu. Proberte s pacientem následující pokyny.

- Když se manžeta nafukuje, dochází k měření a pacient se nesmí výrazně hýbat. Požádejte ho, ať paži s manžetou volně svěsí, mírně od těla. Střed manžety musí být na úrovni srdce. Nesmí zatínat svaly nebo pohybovat rukou a prsty na paži s manžetou.
- Měření lze kdykoli zastavit stiskem vypínače.
- Pokud je aktivována volba Ruční měření, pacient může spustit měření kdykoli stiskem vypínače.
- Mezi měřeními není vhodné manžetu snímat.
- Při uložení ke spánku je nutno dbát, aby hadička nebyla překroucená a nemohla se překroutit ani v noci.
- Baterie lze během testu vyměňovat, aniž by došlo ke ztrátě dat nebo výpadku programu. Alternativně lze monitor vypnout, rovněž bez ztráty dat.
- Informujte pacienta, jak a kdy vyplňovat deník.
- Pokud jsou nastaveny měřicí sekvence po užití léku, poučte pacienta, kdy a jak je spustit. Při použití modulu Bluetooth je před první sekvencí třeba přístroje spárovat.
- Pokud je povoleno tlačítko Den/noc, poučte pacienta, jak nastavit denní a noční režim.
- Pokud je povoleno zadávání událostí, poučte pacienta, kdy a jak je zadávat.
- Poučte pacienta, jak o monitor pečovat. Musí jej uchovávat v suchu a chránit před pádem.
- Pokud monitor nebo manžeta způsobuje extrémní bolest nebo takovou, jaká normálně při měření tlaku nebývá, pacient musí manžetu sejmout a monitor vypnout.
- Pacient by během měření neměl mluvit. Měl by sedět, stát nebo ležet. Při sezení nesmí mít zkřížené nohy, chodidla musí být rovně na podlaze a záda a paže musí být opřené.

#### Zahájení testu

Než pacient odejde s monitorem a manžetou, ujistěte se o správné funkci monitoru. Ke kontrole náležitosti funkce se ujistěte, že je monitor zapnutý, a spusťte měření vypínačem. Manžeta se nafoukne a přístroj provede měření brachiálního tlaku. Pokud je naprogramováno měření CTK, monitor bude v manžetě před úplným vypuštěním udržovat po 10 vteřin tlak, aby zaznamenal tlakovou křivku potřebnou k odvození hodnot CTK. Následně manžetu zcela vypustí. Na displeji přístroje by se měla objevit ikona hodin na znamení, že probíhá test ATK.

Pokud dojde k potížím, zkontrolujte nastavení a správné nasazení a hadiček.

Před každým testem vyměňte obě tužkové baterie (AA) za nové, alkalické. V opačném případě nemusí přístroj celé 24h měření zdárně dokončit.

### Zaznamenání události:

Stiskněte tlačítko Událost. 

Monitor potvrdí zadání dlouhým pípnutím a na displeji se objeví zpráva „rcd: 01“ (číslo je pořadovým číslem záznamu a bude se měnit). Monitor je schopen zaznamenat až 30 událostí. Pokud se jich pacient snaží zadat více, monitor pípne čtyřikrát a na displeji se objeví text „No rcd“.

*Poznámka: Je-li zaznamenávání událostí povoleno, bude zakázána funkce Reakce na dávkování.*

### Chcete-li spustit sekvenci po dávce:

Stiskněte tlačítko Událost. 

Monitor zadání potvrdí pípnutím a zahájí první měření v sekvenci. Tlačítko události je zakázáno, dokud nejsou provedena všechna měření v sekvenci.

*Poznámka: Je-li funkce „Reakce na dávkování“ povolena, bude zakázáno zaznamenávání událostí.*

### Ruční nastavení denního a nočního režimu:

Stiskněte tlačítko Den/noc: 

Monitor pípne a zobrazí ikonu slunce nebo měsíce, podle toho, do jakého režimu byl přepnut.

Pokud do nočního, zobrazí ikonu měsíce.

Pokud do denního, zobrazí ikonu slunce.

## Ukončení testu

Pokud chcete test ukončit před návratem pacienta na kliniku, požádejte jej, aby monitor vypnul podržením vypínače po 5 sekund. Monitor vydá 5 pípnutí a displej se vypne.

Jakmile se pacient vrátí do ordinace, sejměte mu manžetu a opasek s monitorem a stáhněte naměřené hodnoty do programu AccuWin Pro™ 4 k přezkoumání.

## 8. Poznámky k naměřenému tlaku

Na naměřené hodnoty má vliv místo měření, pozice pacienta, jeho předchozí námaha a fyziologický stav. Vliv na výsledky nebo funkci přístroje mohou mít běžné typy arytmií, např. předčasné ventrikulární nebo atriální stahy nebo fibrilace síní, kornatění tepen, špatné prokrvení, diabetes, věk, těhotenství, preeklampsie, onemocnění ledvin, pohyb, třes a chvění pacienta.

### Načítání dat z monitoru

#### Chcete-li načíst data:

1. Připojte monitor k počítači.
2. V programu AccuWin Pro™ 4 klikněte na nástroj panelů na tlačítko **Načíst** nebo vyberte možnost **Načíst data** z nabídky **Monitor**. Dialog na obrazovce zachycuje průběh přenosu dat. Po dokončení program vyzve k potvrzení údajů o pacientovi.
3. V tomto dialogu proveďte jednu z následujících operací:
  1. Klikněte na tlačítko **Ne**. Zobrazí se seznam aktuálních patientských souborů. Zvolte soubor (pacienta), do něž budou nová data uložena.
  2. Klikněte na **Ano**. Zobrazí se dialogové okno **Informace o pacientovi**. Do polí zadejte údaje o pacientovi.

4. Kliknutím na **OK** údaje uložte.
5. Pokud se zobrazí upozornění na změnu nočních a denních časů, klikněte na tlačítko **Ano** nebo **Ne** dle potřeby.
6. Pokud je v testu naprogramována i kontrola kvality, zkontrolujte její výsledky v dialogu **Výsledky kontroly kvality** a klikněte na tlačítko **Zavřít**.

*POZNÁMKA: Zelené zaškrtnutí ve výsledcích znamená, že test dané kritérium splňuje. Červený křížek znamená nesplnění kritéria.*

Soubor s výsledky se automaticky otevře a naměřené tlaky jsou uloženy do databáze pacientů v programu AccuWin Pro™ 4.



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud data z monitoru nestáhnete, budou smazána po naprogramování dalšího testu.

## 9. Kontrola a úpravy výsledků testu ATK

### Otevření pacientova souboru

Jakmile jsou data načtena, program AccuWin Pro automaticky otevře pacientův soubor.

1. Z nabídky **Soubor** zvolte **Otevřít**. Alternativně klikněte na panelu nástrojů na tlačítko **ATK data**.
2. Zobrazí se dialogové okno umožňující otevření testu a zvolení pacienta, v němž můžete zvolit pacientův soubor k otevření. Kliknutím na jméno pacienta zvolte pacienta, jehož výsledky hodláte načíst.
3. Klikněte na tlačítko **OK**.
4. Pokud pacient absolvoval více ATK testů, objeví se druhý dialog s požadavkem na volbu data. Zvolte datum testu a klikněte na tlačítko **OK**. Pacientova data se objeví na displeji. Můžete je zkontrolovat nebo vytisknout zprávu.

Každý test v souboru pacienta obsahuje data, která lze zobrazit pomocí karet v dolní části okna. V horní části okna je panel s informacemi o testu; obsahuje jméno, číslo a věk pacienta (věk v době testu) a datum testu ze zobrazeného souboru.

### Karty a jejich obsah


- **Data ATK:** Naměřené hodnoty TK z monitoru a související grafy.
- **Inf.o pacientovi:** Jméno a číslo pacienta, kontaktní informace a fyzický popis.
- **Inf. o lékaři:** Anamnéza pacienta, klinické informace a jejich interpretace.
- **Statistika:** Statistická analýza ATK testu.
- **Statistika odpovědí na dávky:** Statistická analýza výsledků ze sekvence po podání léku.
- **Statistika časových úseků:** Statistická analýza specifických, uživatelem definovaných časových úseků.
- **Hodinové průměry:** Analýza dat z ATK testu včetně srovnání testů.
- **Souhrn:** Souhrn nastavení a výsledků aktuálního testu včetně interpretace.

### Zobrazení testu ATK

V horní části karty ATK Data je tabulka všech měření TK (včetně nezdařených) během testu. Tabulka také obsahuje události zaznamenané pacientem a události ze sekvence. Chcete-li v tabulce zobrazit pouze tyto události, zvolte z rozevírací nabídky možnost „Pouze události“. Při volbě možnosti „Události a měření“ se zobrazí všechny záznamy.

Pod tabulkou jsou tři karty s grafickým znázorněním naměřených hodnot: Přehledný graf, Údaje o centrálním TK, Graf AASI.





Obr. 8: Graf „Data ATK“, karta Meze

### Chcete-li upravit velikost datové tabulky:

1. Umístěte ukazatel myši na spodní okraj tabulky.
2. Jakmile se ukazatel změní v dvojitou šipku, přetáhněte ji myší nahoru nebo dolů.

### Přehledný graf

Na vertikální ose je tlak v mm Hg a tepová frekvence v tepech za minutu. Na horizontální ose je čas v hodinách. Kliknutím na libovolný bod (měření nebo událost) v grafu zobrazíte odpovídající řádek v tabulce.

Vpravo od grafu jsou tři karty: Meze, Časový úsek, Legenda. Na kartě Meze lze změnit nastavení mezí v grafu. Karta Časový úsek umožňuje definovat specifická období, za něž se má provádět statistická analýza. Na kartě Legenda je vysvětlení barev v přehledném grafu.

Barevné pozadí grafu signalizuje různá období testu. Výchozí barvy (viz bod Nastavení obrazovky):

- **Světle modré pozadí:** Období spánku (noc) v testu.
- **Žluté pozadí:** Doba, kdy byl pacient pod dohledem lékaře, tj. první hodina testu (pokud je funkce aktivována).
- **Světle šedé pozadí:** Doba, kdy byla sledována odpověď na podání léku (objeví se pouze v případě, že byla tato funkce povolena).
- **Tmavě tyrkysově pozadí:** Období, za něž se vypočítává ranní špička (objeví se pouze v případě, že byla tato funkce povolena).

### Údaje o centrálním TK

Karta „Údaje o centrálním TK“ nabízí detailní pohled na jednotlivé hodnoty CTK naměřené během testu. Pokud je váš monitor vybaven technologií SphygmoCor, bude tyto parametry schopen sbírat, zobrazovat a analyzovat. Na kartě se zobrazí číslo, datum a čas vybraného měření spolu s těmito parametry:

**Průměrná křivka centrálního tlaku:** Grafické znázornění odvozené křivky průměrného centrálního tlaku. Tvar křivky aortálního tlaku je dán ejekcí komor a fyzikálními vlastnostmi tepenného systému. Tvar křivky se mění podle tuhosti tepenné stěny.

**Centrální systolický tlak (cSYS):** Maximální tlak během aortální ejekce. Vysoká hodnota cSYS signalizuje vysoké kardiovaskulární zatížení. Vysoká tuhost tepenné stěny znamená lepší odražení tlakové vlny a tím i vyšší tlak cSYS. S věkem tuhost tepen stoupá. S tím roste i odraz tlakových vln a cSYS, což znamená zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění nebo poškození orgánů.

**Centrální diastolický tlak (cDIA):** Minimální tlak během aortální ejekce.



**Centrální pulzní tlak (cPP):** Odpovídá výšce tlakové křivky aorty. Jedná se vlastně o rozdíl mezi maximální a minimální křivkou centrálního tlaku neboli cSYS minus cDIA. Aortální cPP nad 50 mm Hg je prediktorem kardiovaskulárního onemocnění.


**Centrální augmentovaný tlak (cAP):** cAP měří tlakovou vlnu, vrácenou ze spodní části těla. Vypočítá se jako rozdíl mezi dvěma tlakovými vrcholy během ejekce (systoly). První vrchol je způsoben srdeční ejekcí, druhý odrazem tlakové vlny způsobeným tuhostí tepenné stěny. Na hodnotu cAP má vliv velikost a rychlost odražené vlny, které jsou ukazatelem tuhosti tepenné stěny.

**Centrální augmentační index (cAlx, cAlx@75):** Poměr cAP a cPP, vyjádřený v procentech. Studie prokázaly, že vysoký index cAlx u diabetiků znamená často vyšší tuhost cévních stěn i riziko poškození orgánů. Hodnota cAlx je rovněž normalizována na tepovou frekvenci 75 za minutu.

**Měřená brachiální křivka:** Grafické znázornění vlnové křivky brachiálního tlaku zachycené během zobrazeného měření. Z dat této křivky se vypočítává křivka průměrného centrálního tlaku.

Jednotlivá měření CTK z testu lze vytisknout nebo uložit z karty „Údaje o centrálním TK“. Výtisk nebo uložený soubor bude mít jednu stránku a obsahovat stejné informace, jaké jsou k vybranému měření na uvedené kartě, jakož i jméno a číslo pacienta, datum testu, brachiální hodnoty systolického a diastolického a srdeční frekvenci.


Následující diagram ukazuje průběh křivky centrálního aortálního tlaku.



Obr. 9: Vysvětlení parametrů tlakové křivky centrálního TK

### Graf AASI

Karta Graf AASI je nepovinná a lze ji povolit aktivací parametru **Index tuhosti tepenné stěny** (Zpráva>Konfigurace>Data, viz bod **Přízpusobení a konfigurace programu**). Graf na této kartě zobrazuje diastolický a systolický tlak z každého měření, provedeného v rámci testu. Kromě toho na kartě najdete vypočítanou hodnotu AASI, graf závislosti diastolického tlaku na systolickém, korelační koeficient z lineární regresní rovnice a průměrné hodnoty systolického a diastolického tlaku. Vypočtená hodnota AASI bude také doplněna do celkových výsledků na kartě Statistika. Naměřené hodnoty použité v grafu a výpočtech lze změnit v sekcích **Brachiální hodnoty TK** a **Hodnoty centrálního TK** v dolní části legendy.



Obr. 10: Graf AASI

## Provádění ambulantní monitorace krevního tlaku

V pohledu ATK Data lze výsledky testů zkontrolovat, zda jsou přesné a relevantní. Jakmile program načte data, všechna měření testu s událostí budou v prvním sloupci tabulky označena nějakým symbolem. Označené záznamy jsou vyřazeny z analýzy testu zobrazované v pohledech Statistika a Hodin.přůměry, ale lze je vytisknout ve zprávě.

Pochybná data (na základě validačních kritérií) označí monitor hvězdičkou. Vykřičník je trvalé označení. Používá se, pokud monitor nemohl získat přesný výsledek. Toto označení nelze změnit a takto označená data nebudou použita k analýze. Označení hvězdičkou můžete upravovat. Značky r01 až r30 signalizují události zadané pacientem; poznámky lze změnit. Data lze označit i odznačit podle řady faktorů, například anamnézy nebo údajů v deníku pacienta.

Odstranit nebo přidat hvězdičku k výsledku lze dvěma způsoby.

### Chcete-li odstranit nebo přidat hvězdičku k výsledku pomocí tabulky:

1. Zvýrazněte myší hodnotu, jejíž označení chcete změnit. Hodnota bude zvýrazněna.
2. Klikněte na první buňku zleva ve sloupci označeném „Náv“ (návěští“).

### Chcete-li odstranit nebo přidat hvězdičku k výsledku pomocí grafu:

1. Pomocí kurzoru na grafu zvolte požadovaný výsledek, u nějž hodláte značku změnit. Program zvýrazní daný výsledek v tabulce.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost O(d)značit z nabídky.

**POZNÁMKA:** Veškeré změny v datech testu jsou ihned ukládány.


## Zadávání poznámek

Sloupec Komentář (zcela vpravo v tabulce) slouží ke sledování aktivity pacienta během měření. Aktivita je sice jen jedním z mnoha faktorů, které mohou tlak ovlivnit, údaje o ní však mohou být přínosné při posuzování výsledků.

Pokud chcete pacientovi usnadnit sledování jeho aktivity, vytisknete mu šablonu z knihovny Download Library na našich stránkách.

### Chcete-li zadat poznámku k pacientovi z tabulky:


1. Zvýrazněte výsledek, k němuž chcete poznámku přidat a vyberte odpovídající volbu ve sloupci **Komentář**.
2. Kliknutím na pole komentáře otevřete rozevírací nabídku standardních možností.
3. Vyberte poznámku v seznamu nebo zadejte nový komentář.
4. Stiskněte **Enter**.



Obr. 11: Výběr komentáře z rozevíracího seznamu

### Chcete-li zadat poznámku z grafu:

1. Zvolte na grafu ATK výsledek, k němuž chcete přidat poznámku. Odpovídající řádka v tabulce bude zvýrazněna.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte možnost



Obr. 12: Textové pole k zadání nového komentáře

### Nastavit komentář.

3. Komentář napište nebo zvolte ze seznamu.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

Poznámky v seznamu můžete přidat nebo odstranit v rozevíracím seznamu „Poznámky deníku“ v okně Konfigurovat. Pokyny ke konfiguraci poznámek deníku viz bod „Úpravy a konfigurace programu“.

### Chcete-li změnit komentář k události zadané pacientem:

Klikáním na symbol zaškrtnutí události nad grafem lze dokola procházet různými možnostmi :

✓: Označená událost


RX: Dávka léku

SX: Projev

Vybraný symbol nahradí značku zaškrtnutí a komentář se zobrazí v tabulce.

### Chcete-li změnit počáteční časy období:

1. Otevřete test ATK a vyberte kartu **Meze**.
2. Klikněte na možnost „Upravit denní a noční dobu“.
3. Na kartě **Časy** (obr. 12) resetujte denní a noční časy pacienta na nejbližší půl hodiny, a to přesunem příslušných jezdců doprava nebo doleva. Nové časy jsou zobrazeny na hodinách, přičemž černá část zastupuje čas spánku a bílá čas bdění. Hodiny jsou zobrazeny ve 24h formátu (00:00 nebo 24:00 je půlnoc).
4. Kliknutím na tlačítko **Použít** uložíte nové nastavení.



Obr. 13: Úprava denní a noční doby

### Nastavení mezí TK

Uživatel může nastavit meze k výpočtu tlakové zátěže a horní meze pro parametry brachiálního a centrálního TK. Meze lze nastavit dvěma způsoby: jako globální a vlastní. Globální meze platí pro všechny pacienty a jejich soubory; vlastní meze se používají na všechny testy konkrétního pacienta.


### Chcete-li definovat meze:

1. Otevřete test na kartě **Data ATK**. Na kartě **Přehledný graf** vyhledejte kartu **Meze** v pravé části grafu.
2. Klikněte na tlačítko Upravit meze.
3. Na kartě Brachiální meze nebo Centrální meze klikněte na volbu **Použít vlastní** nebo **Použít globální meze**.
4. Posuňte jezdec podle potřeby.
5. Kliknutím na **OK** změny uložte.

### Brachiální meze

Brachiální meze lze nastavit pro denní i noční systolický a diastolický tlak. Program má výchozí nastavení globální meze 140/90 na den a 120/80 na noc. Podle potřeby lze nastavit meze podle akceptovaných směrnic, a to pomocí odpovídajících tlačítek: JNC7/AHA nebo ESH.

- Společnost JNC(79) doporučuje 135/85 mm Hg ve dne a 120/75 mm Hg v noci.



Obr. 14: Nastavení mezí krevního

- Americká kardiologická asociace (AHA)<sup>10</sup> uvádí jako standard pro 24hod. průměrný TK 130/80 mm Hg.
- Společnost ESH(11) doporučuje 135/85 mm Hg ve dne a 120/70 mm Hg v noci.

### Centrální meze

Pro denní a noční centrální systolický tlak (cSYS), centrální pulzní tlak (cPP), augmentovaný tlak (cAP) a augmentační index (cAIx) lze nastavit centrální meze. Ve výchozím nastavení jsou denní meze nastaveny na globální vypočítanou hodnotu podle pohlaví a věku pacienta. Pokud pohlaví nebo věk nejsou známy, výchozí hodnoty se nastaví na 130 mm Hg (centrální systolický tlak) a 50 mm Hg (centrální pulzní tlak). Žádná hodnota nebude nastavena pro augmentovaný tlak ani augmentační index. Centrální pulzní tlak (cPP) lze také nastavit dle standardu studie Strong Heart, tj. na 50 mm Hg.

Meze pro noční režim ve výchozím nastavení nejsou určeny. Lze však systém nastavit tak, aby noční meze automaticky kopírovaly denní. Pokud noční meze definovány nejsou, příslušné grafy a statistiky budou prázdné.

### Nastavení dětských mezí

AHA publikovala prohlášení podporující monitoraci ATK u dětí, protože se hypertenze projevuje čím dál více i u nich.<sup>10</sup> Definice hypertenze jsou jiné, než u dospělých; hypertenze u dětí je obecně definována jako krevní tlak nad 95. percentilem pro dané pohlaví a výšku. Do programu AccuWin Pro lze naprogramovat i specifické meze ATK.<sup>4,12,13,14</sup>

#### Chcete-li použít dětské meze:

1. Otevřete test na kartě **Data ATK**. Na kartě **Přehledný graf** vyhledejte kartu **Meze** v pravé části grafu.
2. Klikněte na volbu Dětské meze.
3. Zadejte pohlaví a výšku pacienta. Výšku lze zadat v cm, palcích nebo v kombinaci stop a palců (obr. 15).
4. Vyberte referenční tabulku: buď **Wuhl, et al** (2002) nebo **Soergel, et al** (1997).
5. Klikněte na **Použít**.

Obr. 15: Kalkulátor dětských mezí

**POZNÁMKA:** Dětské meze systém používá jako individuální meze brachiálního TK pro jediný soubor pacienta.

### Definování časových úseků



Program umožňuje definovat až 12 specifických období, kdy se bude provádět statistická analýza. Analýzy odpovídající daným časovým úsekům se objeví na kartě Statistika časových úseků vpravo od karty Statistika.

#### Chcete-li vytvořit časový úsek:

1. Otevřete test na kartě **Data ATK**. Na kartě **Přehledný graf** vyhledejte kartu **Časový úsek** v pravé části grafu (obr. 16).
2. Klikněte na tlačítko **Nový**. Klikněte v grafu na počáteční čas úseku, podržte levé tlačítko a přetáhněte myši na čas ukončení. Uvolněním tlačítka myši stanovíte konec úseku. Časový úsek bude zvýrazněn na přehledném grafu.
3. Jakmile je časový úsek zvolen, objeví se dialog Nastavení časových úseků (obr. 17), kde lze úsek pojmenovat a případně upravit počátek a konec.
4. Kliknutím na **Uložit** nový časový úsek vytvoříte.

#### Chcete-li provést úpravy časového úseku:


1. Otevřete potřebný test ATK a klikněte na kartu **časový úsek** (obr. 16).
2. Zvolte úsek z rozvírací nabídky. Zvolený úsek bude zvýrazněn na přehledném grafu.
3. Klikněte na **Upravit**. Objeví se dialog Nastavení časových úseků (obr. 17).
4. Upravte časy začátků nebo konce.
5. Kliknutím na tlačítko **Uložit** změny uložte.



Obr. 16: Graf „Data ATK“, karta Časový úsek Obr. 17: Okno Nastavení časových úseků

### Chcete-li časový úsek odstranit:

1. Zobrazte test ATK. Zvolte kartu **Časový úsek**.
2. Zvolte úsek z rozevírací nabídky. Časový úsek bude zvýrazněn na grafu dat ATK.
3. Klikněte na tlačítko **Odstranit**. Potvrďte odstranění úseku volbou **Ano**.



Obr. 18: Vymazání časového úseku (okno Konfigurace)

## Úpravy informací o pacientovi a lékaři

Informace o pacientovi lze zadat, jakmile jsou data načtena z monitoru nebo při ukládání souboru.

### Chcete-li informace o pacientovi upravit (viz obr. 19):

1. Klikněte na kartu **Inf.o pacientovi** na spodním okraji obrazovky.
2. Klikněte na tlačítko **Upravit** na spodním okraji obrazovky.
3. Upravte potřebné informace a klikněte na tlačítko **Uložit**. Alternativně můžete všechny změny zrušit tlačítkem **Storno**.

AccuWin Pro v4  
File Monitor Report Configure Help

Patient Name: Template Standard Program  
Patient ID: 123456789  
Patient Age:  
Test Date: 09 June 2015

**Patient Info**

First Name: Standard  
Middle Name: Program  
Last Name: Template

Patient ID: 123456789  
Birthday: Select a date [13]  
Site Number: 0

Groups: Unassigned  
Age:  
Study Number:

Insurance ID:  
Sex: Female  
Note 1:

Insurance Status:  
Race:  
Note 2:

Height:  
Weight:  
Phone 1:

Address Line 1:  
Address Line 2:  
Phone 2:

Address Line 3:  
City:  
State:

Country:  
Postal Code:

Obr. 19: Karta „Inf. o pacientovi“

**Chcete-li upravit informace o lékaři (obr. 20):**

1. Klikněte na kartu **Inf. o lékaři** na spodním okraji obrazovky.
2. Klikněte na tlačítko **Upravit**.
3. Upravte potřebné informace a klikněte na tlačítko **Uložit**. Alternativně můžete všechny změny zrušit tlačítkem **Storno**.

AccuWin Pro v4  
File Monitor Report Configure Help

Patient Name: Template Standard Program  
Patient ID: 123456789  
Patient Age:  
Test Date: 09 June 2015

History

Current Medications

Reason for Test  
Suspected resistant hypertension [Add]

Physician Interpretation

**Referring Physician**  
Last Name: First Name: Middle Name:

**Interpreting Physician**  
Last Name: Mariotto First Name: Roberta Middle Name:

Edit | Cancel | Help

Obr. 20: Karta Informace o lékaři

Do programu lze zadávat (a upravovat) anamnézu pacienta, důvod testu, současnou medikaci a interpretaci lékaře. Tyto údaje lze manuálně napsat do textového pole „Aktuálně užívané léky“, nebo léky, dávkování a frekvenci zadat do slovníků, uložených v programu.

#### Chcete-li přidat léky do seznamu (obr. 21):

1. Zadejte lék do rozevíracího seznamu **Lék** (zkratky najdete na obr. 22).
2. Jakmile je lék zadán, stiskněte klávesu **Enter** nebo **Tab** na klávesnici nebo klikněte na rozevírací seznam Dávkování.
3. Stejným způsobem zadejte Dávkování a Frekvenci. Hodnoty nabízené programem v seznamu Frekvence jsou uvedené dále.
4. Jakmile jsou lék, dávkování a frekvence zadány, kliknutím na tlačítko **Přidat** přidejte údaje do pole Současná medikace nahoře, a tím i do slovníku.

Obr. 21: Nabídka „Přidat léky“

#### Chcete-li vyhledat a zvolit dříve uložený údaj:

1. Buď začněte psát, nebo klikněte myší na šipku seznamu. Až napíšete několik znaků, zobrazí se seznam odpovídajících záznamů.
2. Chcete-li zvolit uložený údaj, stiskněte šipku dolů na klávesnici, zvýrazněte potřebný údaj a stiskněte klávesu Enter. Alternativně zvýrazněte údaj myší a dvakrát na něj klikněte.
3. Jakmile jsou správné informace doplněny, klikněte na tlačítko Přidat.

#### Zobrazení statistik

Chcete-li zobrazit statistickou analýzu zobrazeného testu ATK, klikněte na kartu Statistika. V okně ve výchozím nastavení najdete následující tabulky:

- **Celkově:** Celková data za test ATK.
- **Den:** Data shromážděná v době, kdy pacient bdí.
- **Noc:** Data shromážděná v době, kdy pacient spí.
- **První hodina testu:** Data získaná během první hodiny, tj. v přítomnosti lékaře (je-li povoleno).

Na kartě Statistika lze také zobrazit další časová období nebo diagramy tlakové zátěže.

#### Chcete-li zobrazit další období nebo diagramy tlakové zátěže:

V sekci **Zobrazit** zvolte jednu z těchto možností:

- **Další časové periody** – zobrazí se tabulky s údaji získanými během jiných období (podle naprogramování).
- **Diagramy TK při zátěži** – zobrazí se výšečové grafy pro celou dobu, den a noc zvýrazněním hodnot pod a nad nastavenými mezemi brachiálního a centrálního systolického TK a brachiálního diastolického TK.

**POZNÁMKA:** Všechna data v uvedených tabulkách jsou použita v zprávách, s výjimkou hodnot z první hodiny a grafů tlakové zátěže.

Ve všech tabulkách na kartě **Statistika** je uveden průměr, směrodatná odchylka, variační koeficient a minimální a maximální hodnota pro tyto parametry: tlak brachiální a centrální systolický, brachiální a centrální diastolický, brachiální a centrální MAP, brachiální a centrální pulzní tlak, centrální augmentační index, centrální augmentační index při 75 tepech/min a centrální augmentovaný tlak.

Kromě toho jsou na uvedené kartě tyto výpočty:

Zkratka	Znamená
ac	Před jídlem
bid	Dvakrát denně
pc	Po jídle
prn	Podle potřeby
qam	Denně před polednem
qd	Každý den
qh	Každou hodinu
qhs	Každou noc před
qid	Čtyřikrát denně
qod	Obden
qpm	Denně po poledni
qwk	Každý týden
tid	Třikrát denně

Obr. 22: Tabulka zkratk k dávkování

- **Zátěž TK:** Tento parametr charakterizuje podíl extrémních hodnot v testu, přesahujících meze brachiálního systolického a diastolického tlaku. Je to tedy procento výsledků, které jsou nad těmito mezemi, což znamená riziko zasažení cílového orgánu. 14
- **Noční pokles:** Noční pokles krevního tlaku vyjádřený jako procento z průměrných hodnot ve dne. Očekávaný noční pokles u brachiálního TK je 10-20 %. Pokud se očekávaný pokles neobjeví, může to znamenat poškození cílových orgánů nebo riziko kardiovaskulárních příhod. 7,16

Karta Statistika může dále nabízet některé z následujících dalších výpočtů, pokud jsou povoleny v nastavení:  
Zpráva>Konfigurace>Data>:

- **Index tuhosti tepenné stěny (AASI):** AASI se vypočítá jako jedna minus koeficient regresní křivky závislosti diastolických hodnot na systolických. Koeficient se vypočítá po vynesení diastolických hodnot do grafu jako funkce systolických. Tento index se používá k měření tuhosti tepenné stěny a je prediktorem poškození cílových orgánů, mortality z kardiovaskulárních příčin a mozkových příhod. 17 Tlakové hodnoty použité k výpočtu lze změnit v sekcích **Brachiální hodnoty TK** a **Hodnoty centrálního TK** na kartě Graf AASI.
- **Ranní špička:** Ranní špička se vypočítá jako rozdíl mezi průměrným systolickým tlakem během dvou hodin po probuzení a systolickým tlakem v té noční hodině, kdy je TK nejnižší. Tento výpočet může odhalit případy, kdy je ranní nárůst tlaku neobvykle vysoký a existuje riziko kardiovaskulární nebo cerebrovaskulární příhody. 14
- **Variační koeficient:** Variační koeficient (CV) může sloužit jako měřítko kolísání TK a tím přispět k odhalení poškození cílového orgánu. 18 Vypočítá se jako směrodatná odchylka vydělená středním tlakem krve za nějaké období.
- **Smoothness Index:** Smoothness Index (SI) je poměrem mezi průměrem změn TK vypočítaným pro každou hodinu záznamu a příslušnou směrodatnou odchylkou. SI se obecně používá k vyhodnocení účinnosti antihypertenzní léčby, protože informuje o zprůměrovaném klesajícím trendu TK mezi dvěma testy. 19
- **Analýza první hodiny testu:** 15 První hodina testu odráží tzv. syndrom bílého pláště, což je abnormálně zvýšený krevní tlak u pacientů při pobytu ve zdravotnickém zařízení. Při aktivaci této možnosti program provede následující:
  - Zahrne první hodinu testu do statistické analýzy.
  - Zobrazí první hodinu testu; v grafu bude se světle modrým pozadím.
  - Vyhodnotí možný syndrom bílého pláště v souhrnné interpretaci testu, pokud je generována.

*POZNÁMKA: Hodnoty brachiálního nebo centrálního TK lze použít k výpočtu ranní špičky, variačního koeficientů a smoothness indexu. Chcete-li zvolit parametry TK k použití, prostudujte si bod Nastavení dat.*


## Zobrazení statistik odpovědi na podání léku

Chcete-li si zobrazit statistickou analýzu některé sekvence měření po podání léků, klikněte na kartu „Statistika odpovědi na dávky“. Tato karta je k dispozici pouze v případě, že byla nějaká sekvence měření provedena. Prohlíženou sekvenci si zvolíte výběrem čísla z nabídky Zobrazit sekvence. V okně se zobrazí sedm bodových grafů pro deset parametrů měřených během sekvence. Najdete zde také hodnoty tlakové zátěže a maximální změny od počátku (prvního měření v sekvenci) pro systolický (SYS), diastolický (DIA) a centrální systolický (cSYS) tlak.

## Zobrazení statistiky časových úseků

Chcete-li zobrazit statistickou analýzu pro uživatelem definované časové úseky, klikněte na kartu Statistika časových úseků (obr. 23).






Obr. 23: Statistika časových úseků

## Zobrazení hodinových průměrů

Chcete-li si zobrazit trendy testu, klikněte na kartu Hodin.průměry ve spodní části okna (obr. 24). Tabulka zachycuje průměrné výsledky TK za každou hodinu testu. Kromě brachiálního systolického (Sys) a diastolického (Dia) tlaku a tepové frekvence (TF) budou zobrazeny i tyto statistické průměry:

- Průměrný arteriální tlak (MAP) – průměrný tlak v tepnách za období jednoho srdečního tepu. Diastolický tlak pažní tepny je přičten k jedné třetině rozdílu mezi systolickým a diastolickým tlakem.
- Pulzní tlak (Pt) – vypočítá se odečtením diastolického od systolického tlaku. Je to další hemodynamický parametr, který může sloužit jako indikátor rizika kardiovaskulárního onemocnění. Pulzní tlak je k dispozici pro brachiální (PP) i centrální (cPP) hodnoty.
- Pressure Rate Product (PRP) – vypočítá se z průměru systolické hodnoty vynásobené průměrnou tepovou frekvencí. PRP silně koreluje s aktivitou pacienta a může být klíčovým indikátorem kardiovaskulárního rizika. Ve výzkumných a klinických zprávách se obvykle uvádí vydělený tisícem.


Pomocí zaškrtnutých políček v horní části každého sloupce vyberte statistiky, které chcete v grafu v dolní části stránky. Pomocí myši můžete změnit velikost tabulky a přiblížit vybranou oblast na grafu. Informace o změně velikosti a přiblížení statistik najdete v bodu „Zobrazení testu ATK“.



Obr. 24: Hodinové průměry

## Zobrazení souhrnné interpretace testu

Okno na obr. 25 nabízí interpretaci dat z testu ATK podle uznávaných směrnic. Klasické doporučené hodnoty TK nemusí platit pro 24h měření ATK, program AccuWin Pro proto nabízí specifická doporučení k posouzení výsledků. V souhrnu jsou uvedeny normální či hypertenzní hodnoty ve formě 24 hodinového průměru, denní a noční hodnoty systolického/diastolického tlaku, status nočního poklesu, a volitelně i analýza první hodiny.



Obr. 25: Karta Souhrn

Chcete-li vygenerovat souhrn s interpretací zobrazeného testu, klikněte na kartu Souhrn ve spodní části obrazovky a zvolte jednu z následujících možností:

- Doporučení Joint National Committee Seventh Report 7 (JNC 7) a American Heart Association (AHA)<sup>8</sup>
- Evropská společnost pro hypertenzi (ESH)<sup>6</sup>.
- Dětské hodnoty -AHA 12
- Dětské hodnoty – Soergelovy tabulky 11

Na základě vypočítaného % poklesu brachiálního tlaku program stanoví, do které z následujících kategorií pacient patří:

- Normální: Pacient vykazuje 10% nebo vyšší pokles brachiálního systolického nebo diastolického tlaku ve spánku oproti hodnotám ve dne.
- Abnormální: Pacient nevykazuje žádný pokles nebo méně než 10 %, což znamená, že jeho tlak ve spánku neklesá.

## Porovnání dvou testů

Při hodnocení pacienta může být vhodné sledovat vývoj tlaku provedením několika 24h testů. Program AccuWin Pro v4 umožňuje porovnání hodinových průměrů a statistik ze dvou testů u stejného pacienta.

### Chcete-li porovnat dva testy:

1. Klikněte na kartu **Hodin.průměry** ve spodní části okna.
2. Klikněte na tlačítko **Zajistit srovnávací test**. Pokud je tlačítko šedé, zobrazený patientský soubor obsahuje výsledky pouze z jednoho testu.
3. Objeví se okno **Zvolte datum**. Zvýrazněte test, který chcete použít jako referenční, a klikněte na **OK**.

Statistiky vygenerované během předchozího testu budou teď zahrnuty do dat v okně Hodin.průměry. V tabulce se objeví hodinové průměrné hodnoty z referenčního testu a rozdíly mezi zobrazeným a referenčním testem.

Na grafu ve spodní části okna jsou zobrazena data z obou testů. Tečkované čáry představují údaje z referenčního testu, plné čáry pak údaje z testu zobrazeného. Klikněte na možnost Rozdíl; graf zobrazí jednu linku znázorňující rozdíl mezi testy. V hodinových průměrech a datech z testu ve srovnání se lze pohybovat stejně jako v jiných oknech.

## 10. Vytváření zpráv


### Konfigurace a úpravy zpráv

Chcete-li zdokumentovat provedený test a jeho výsledky, můžete si vytvořit zprávu podle vlastních potřeb (obr. 26).

Program nabízí tyto výchozí typy zpráv:

- Jednostránková zpráva: pouze souhrn.
- Standardní protokol: stránky Souhrn, Informace o pacientovi (a veškeré informace z karty Informace o lékaři), Statistika, Data ATK a Konfigurace monitoru.
- Úplná zpráva: všechny stránky zprávy.

*POZNÁMKA: Úplná zpráva obsahuje i logo společnosti SunTech Medical, základní údaje o pacientovi (veškerá data z karty Inf.o pacientovi) a datum měření. V zápatí každé stránky je uveden typ použitého monitoru a číslo stránky.*



Obr. 26: Okno Konfigurace, typy zpráv

### Chcete-li zprávu nastavit nebo upravit (obr. 26):

1. Z nabídky **Zpráva** zvolte možnost **Konfigurovat**, nebo klikněte na možnost **Nastavení** na panelu nástrojů a pak na kartu **Zpráva** karta v okně Konfigurace.
2. Na kartě **Formáty** proveďte jednu z následujících operací:
  - Zvolte jeden z formátů uvedených v levém podokně. Jakmile zvolíte formát, strany v něm obsažené jsou zvoleny v poli stránek Zpráva.
  - Vytvořte nový, vlastní formát sestavy kliknutím na volbu **Nová zpráva**. Zadejte název formátu zprávy. Zvolte stránky z dostupných stránek zprávy v seznamu napravo.
3. Chcete-li přidat další stranu, klikněte na ni v panelu stránek zprávy.
4. Pod názvem zprávy zadejte text (max. 5 řádek), který bude tisknut jako záhlaví na každé stránce.
5. Na kartě **Podrobnosti** zvolte jednostránkové nebo vícestránkové zobrazení pro okno náhledu před tiskem (obr. 27).

Pokud si chcete zprávu dále upravit, lze vybrat konkrétní potřebné stránky k tisku, a to z následujících možností (jsou uvedeny v pořadí, v němž budou vytištěny, viz obr. 26):

**Souhrn:** Souhrnná interpretace testu se objeví nad grafem a souhrnnou statistikou. V souhrnné statistice hodnotu brachiálního a špičkového centrálního tlaku pro období celkové, denní, noční a první hodinu testu (pokud je zvolena) se objeví tyto parametry: průměrný systolický a diastolický tlak, průměrná tepová frekvence, tlaková zátěž a noční pokles. Informace o pacientovi: Anamnéza pacienta, důvod testu, současná medikace a interpretace lékařem.

**Statistika:** Zde budou uvedeny podrobné statistiky pro brachiální a centrální TK podle období testu. Jako první budou uvedeny hodnoty celkové, denní a noční, po nich první hodina (je-li naprogramována) a nakonec jakékoli další časová období naprogramované uživatelem.

**Statistika časových úseků:** Zde budou uvedeny statistiky pro brachiální a centrální TK za každý časový úsek definovaný uživatelem.

**Edit.data:** Zde budou uvedeny všechny naměřené hodnoty TK v tabulkovém formátu, určeném na kartě Data ATK, s výjimkou kódů událostí (sloupec CHK). Vertikální černá linka mezi sloupcem čísla a času ukazuje období spánku (noc). Symbol „>“ vedle hodnot TK signalizuje, že výsledek překročil mez.

**Vynechaná data:** Obsahuje výsledky TK, které nebyly použity ke statistickému výpočtu. Tato strana je při tisku připojena ke straně zkontrolovaných dat.

**Označené události:** Nabízí události zadané pacientem v průběhu testu. Tato strana je při tisku připojena ke straně zkontrolovaných dat.

**Reakce na dávkování:** Nabízí statistiky a bodové grafy pro každou sekvenci po podání léků, tak jak jsou uvedeny na kartě „Statistika odpovědi na dávky“.

**AASI:** Nabízí data a graf k AASI podle údajů na kartě AASI (Data ATK > AASI).

**Zátěž TK:** Nabízí výšečové grafy tlakové zátěže.

**Hodinové průměry:** Nabízí hodinové průměry testu v grafu a tabulce podle údajů na kartě Hodinové průměry.


**Porovnání testů:** Obsahuje porovnání dvou testů v grafu a tabulce podle údajů na kartě Hodinové průměry.

**Histogramy:** Obsahuje histogramy frekvencí pro noční a denní období, a to pro brachiální a centrální systolický a diastolický tlak, srdeční frekvenci, MAP, PRP a PT.

**Konfigurace monitoru:** Ukazuje naprogramované časové období, odpovědi na léky a nastavení monitoru pro daný test. Jsou zde také uvedeny výsledky případné kontroly kvality u daného testu a definice kódů událostí.

### Chcete-li zvolit podrobné údaje ve zprávách (obr. 27):

1. Klikněte na kartu **Podrobnosti**. Zde můžete nastavit tyto parametry tištěných zpráv:



Obr. 27: Okno Konfigurace, Detaily zprávy

- **Typ přehledného grafu:** Vyberte vhodný typ grafu do souhrnu zprávy (čárový, sloupcový nebo aktuálně zobrazený).
- **Přehledné měřítko grafu:** Vyberte měřítko času do grafu v souhrnu zprávy.
- **Stránka Souhrn – vlastní pole:** Zaškrtněte potřebná pole do zprávy; na výběr je Medikace, Anamnéza pacienta, Důvod testu a Interpretace lékařem.
- **Vodorovné čáry každých:** Zvolte četnost vodicích čar v tabulce „Zkontrolovaná data ATK“ na stránce Edit.data nebo Vynechaná data.
- **Možnosti zobrazení zprávy:** Vyberte buď jednostránkové, nebo vícestránkové zobrazení zprávy, která se zobrazí v okně Náhled tisku.

2. Kliknutím na **OK** změny uložte.

## Vytvoření náhledu zprávy

1. Z nabídky **Zpráva** vyberte možnost **Náhled**. Alternativně klikněte na tlačítko **Náhled před tiskem**. Na displeji se objeví okno náhledu před tiskem (obr. 28).
2. Chcete-li si projít stránkami zprávy, klikte na očíslované ikony vlevo, nebo vyberte potřebnou stránku z rozevírací nabídky.
3. Chcete-li změnit formát a podrobnosti, klikněte na volbu **Konfigurovat**.
4. Chcete-li zprávu vytisknout, klikněte na volbu **Tisk zprávy**. Chcete-li vytisknout zobrazenou stránku, klikněte na volbu **Tisk stránky**.

Report

Scale

100%

Page Width

Full Page

Navigate

Prev Next

1 of 11

Whole Page

Find | Next

**SunTech** Ambulatory Blood Pressure Report

Patient Name: Tempers Blancos Program  
 Patient ID: 123456789 Date of Birth: Gender: Female Test Date: 09/20/15

Interpretive Summary  
 Based on ACC and AHA recommendations, the BP/7200 suggests:  
 1. Single-visit systolic hypertension (stage 2)  
 2. Single-visit diastolic hypertension (stage 2)  
 3. Normal or high SBP and DBP (stage 1, 10/11 mmHg)  
 4. Hypertension (SBP > 160 and/or DBP > 100 mmHg)

Graph showing 24-hour blood pressure trends with a y-axis from 40 to 180 mmHg and an x-axis from 08:00 to 08:00.

Visit	Time	Systolic	Mean SBP	Diastolic	Mean DBP	SBP Load	DBP Load
Overall	07:11:07 (08:00)	16	142.0 (18.3)	88.0 (11.2)	89.0 (11.2)	68	68
Awake/Asleep	07:00:00 (00)	88	130.0 (18.3)	88.0 (14.7)	89.0 (18.3)	78	88
Asleep/Asleep	07:00:07 (00)	22	130.0 (18.3)	71.0 (14.7)	87.0 (18.3)	48	22
Mean/Load/Total	07:11:07 (08:00)	5				22	5
Minimum	Mean	87	87	68	68		
Maximum	Mean	137	88	82	82		
Analysis		SBP > 160.0 DBP > 100.0					

Referring physician: Dr. \_\_\_\_\_ Interpreting physician: Dr. Rose, M.D.

Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Ambulatory Blood Pressure Report Order: 2 Copyright 1998 - 2015 SunTech Medical, Inc. Page 1 of 11

Configure Done Help

Obr. 28: Náhled zprávy před tiskem

## Tisk zprávy

Program AccuWin Pro™ 4 umožňuje flexibilní tisk zpráv. Možnosti:

- Vytisknout nakonfigurovanou zprávu kliknutím na tlačítko **Tisknout zprávu** na panelu nástrojů nebo otevřít nabídku Zpráva a zvolit **Tisk**. Na displeji se objeví dialogové okno tisku, kde si můžete vybrat tiskárnu.
- Vytisknout tu stranu zprávy, která odpovídá kartě zobrazené kliknutím na volbu **Tisk stránky**.

## Uložení zprávy ve formátu PDF

Chcete-li zprávu uložit ve formátu aplikace Adobe Acrobat (PDF), zvolte v nabídce Zpráva volbu **Vytvořit PDF**. Alternativně klikněte na tlačítko PDF na panelu nástrojů. Systém vytvoří soubor ve formátu PDF a uloží jej do zadaného umístění.

*POZNÁMKA: K tisku musíte mít instalovanou tiskárnu. Pokud nemáte, podívejte se do nápovědy a nainstalujte ovladač k vytisknutí souboru.*

## 11. Přehled symbolů programu ve zprávách

Následující symboly se ve zprávě používají na stránkách „Edit. data“ a „Vynechaná data“.

Symbol	Vysvětlení
+	Měření bylo zahájeno manuálně pacientem – stiskem vypínače na monitoru.
-	Tlak, na nějž je manžeta v dynamickém nafukovacím režimu nafukována, je možná příliš nízký a přesný systolický výsledek tak nelze zajistit. Výsledky označené pomlčkou jsou automaticky ze zprávy vypuštěny. Porovnejte hodnotu s pomlčkou s měřeními nad a pod touto hodnotou. Pokud vynechaná hodnota vypadá rozumně, pomlčku zrušte na kartě Data ATK. Pokud nikoli, nechte hodnotu označenou.
r	Výsledek pochází z opakovaného měření. To jsou hodnoty automaticky pořízené 4 minuty po měření, které se nezdařilo nebo přineslo pochybný výsledek.
!	Vykřičník je trvalé označení. Používá se, pokud monitor nemohl získat přesný výsledek.
>	Tento symbol se objevuje vlevo od výsledku, pokud je výsledek nad nastavenou mezí.
r01 až r30	Tyto symboly označují sérii událostí zadaných pacientem, k nimž během testu došlo.

## 12. Správa testů

### Otevření testu

Tato funkce umožňuje načíst a zobrazit test pacienta.

1. Na panelu nástrojů zvolte tlačítko **ATK data**, nebo z nabídky **Soubor** zvolte **Otevřít**. Zobrazí se dialogové okno umožňující otevření testu a zvolení pacienta – potřebný soubor zde můžete zvolit ze seznamu.
2. Kliknutím na jméno pacienta zvolte pacienta, jehož výsledky hodláte načíst. Lze také pacienta vyhledat podle některých parametrů pomocí vyhledávacího panelu. Klikněte na tlačítko **OK**.
3. Pokud pacient absolvoval více ATK testů, objeví se druhý dialog s požadavkem na volbu data. Vyberte datum a klikněte na **OK**.
4. Pacientova data se objeví na displeji. Můžete si prohlédnout naměřené tlaky nebo vytisknout zprávu.

### Exportování testu

Soubory z testů můžete vyexportovat do formátu ASCII, GDT nebo XML. XML lze použít k vytvoření souboru kompatibilního se standardy HL7.

1. Z nabídky **Soubor** zvolte **Export**.
2. Zvolte buď export zobrazeného souboru, nebo vyberte jiné soubory z databáze.
3. Pokud vybíráte z databáze, zvolte požadované soubory a klikněte na OK.
4. Zobrazí se dialogové okno exportu. Kliknutím na **Export** soubory exportujte. Chcete-li exportované soubory změnit, klikněte na možnost **Upravit**. Klikněte na možnost **Konfigurovat**, chcete-li upravit podrobnosti exportovaného souboru. Pokyny ke konfiguraci exportu najdete v bodu Export v části „Úpravy a konfigurace programu“.

Soubory budou exportovány do vybrané složky a dostanou příponu ASC, GDT nebo XML, podle zvoleného formátu.

## Zasílání testu emailem

### Chcete-li zaslat datové soubory emailem jako přílohu:

1. Z nabídky **Soubor** zvolte **Email**.
2. Zvolte buď odeslání zobrazeného souboru, nebo vyberte jiné soubory z databáze. Pokud zvolíte zobrazený soubor, budou zaslána data zobrazená na obrazovce. Pokud zvolíte výběr z databáze, databáze daného pacienta se v okně otevře a program vás vyzve k výběru souborů. Zkontrolujte požadované soubory a klikněte na OK.
3. Zobrazí se dialogové okno Email. Zadejte emailovou adresu příjemce, předmět zprávy a její text.
4. Kliknutím na volbu **Odeslat** soubory exportujte. Chcete-li zasílané soubory změnit, klikněte na tlačítko **Zapojte**. Pokud budete potřebovat nastavit způsob odesílání emailů, klikněte na tlačítko **Konfigurovat**. Pokyny ke konfiguraci emailu najdete v bodu Email v části „Úpravy a konfigurace programu“.

## Odstranění záznamu pacienta

Tato funkce umožňuje odstranit zvolené záznamy pacienta. Každý patientský záznam obsahuje veškeré ATK testy daného pacienta; proto budou při smazání záznamu odstraněna VŠECHNA data.

### Chcete-li odstranit některé testy:

1. V nabídce souboru klikněte na možnost **Léčba pacientů**.
2. Ve stejnojmenném okně vyberte pacienty k odstranění.
3. Klikněte na **Odstranit**.
4. Může se objevit dialogové okno volby data. Datum testu můžete vybrat kliknutím nebo lze vybrat více souborů pomocí zaškrtnutých políček.
5. Kliknutím na **OK** vybrané testy smažete. Objeví se výzva k potvrzení. Volbou **Ano** potvrďte odstranění. Klikněte na **Ne**, chcete-li volbu zrušit – pak se vrátíte k výběru data.

## Import záznamu pacienta

Do hlavní databáze programu AccuWin Pro™ 4 lze importovat testy uložené v počítači.

### Chcete-li importovat testy:

1. Klikněte na **Soubor** a zvolte možnost **Import > Import testu pacienta**.
2. Klikněte na tlačítko **Procházet soubory**. Otevře se okno Průzkumníka Windows, kde lze zvolit testy k importu.
3. Zvolte soubory k importu. V případě potřeby lze vybrat více souborů pomocí standardních klávesových zkratk systému Windows.
4. Klikněte na **Otevřít**. Soubory testů se objeví v okně **Import testu pacienta**.
5. Klikněte na **Import**. Objeví se indikátor průběhu, který zobrazuje stav importu.

## Sdružení záznamů do skupin

Seskupení záznamů může být užitečné k uspořádání dat pacientů podle demografických údajů, šablon nebo testů.

#### Chcete-li vytvořit novou skupinu:

1. Klikněte na **Soubor** a zvolte možnost **Správa skupin**.
2. Klikněte na **Přidat**. Zobrazí se dialogové okno s textovým polem pro název nové skupiny.
3. Zadejte nový název do pole.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.
5. Zobrazí se zpráva **Skupina byla úspěšně přidána**. Klikněte na tlačítko **OK**.

#### Přesun pacientů mezi skupinami:

1. Klikněte na **Soubor** a zvolte možnost **Léčba pacientů**.
2. Pomocí zaškrtačkových políček vlevo vyberte potřebné pacienty.
3. Klikněte na volbu **Posuňte pacienta**.
4. Z rozevírací nabídky vyberte název skupiny.
5. Klikněte na tlačítko **OK**. Po přesunutí pacientů se zobrazí potvrzení.

## 13. Úpravy a konfigurace programu

Někdy může být užitečné vytvořit více konfiguračních profilů, například pro každého lékaře.

#### Chcete-li vytvořit nebo upravit konfigurační profily:

1. Z nabídky **Konfigurovat** zvolte **Preference**.
2. Vytvořte nový profil nebo upravte stávající. Klikněte na název upravovaného profilu a poté na **Upravit**. Chcete-li vytvořit další profily, klikněte na **Nový**, zadejte název profilu, stiskněte klávesu **Enter** a zvolte možnost **Upravit**.
3. Kliknutím na **OK** vyberte některou konfiguraci.

Pokud upravujete konfigurační profil, otevře se okno s řadou možností, které jsou popsány podrobně na následujících stránkách.

*POZNÁMKA: Na každé kartě lze tlačítkem „Vých. nastavení“ změnit hodnoty jejich parametrů na výchozí (tovární) nastavení.*

### Nastavení hardwaru

Okno Nastavení hardwaru (obr. 29) umožňuje nastavit komunikaci počítače s monitorem ATK přes zadaný port. Zvolené nastavení můžete také vyzkoušet.


1. Na panelu nástrojů klikněte na **Monitor** a zvolte možnost **Configuration Port** (Konfigurace portu).
2. V sekci **Monitor ABP** vyberte typ monitoru.
3. V sekci **Sériový port** vyberte port k zapojení monitoru.
4. Klikněte na volbu **Vyzkoušet port**. Přístroj jednou pípne a zobrazí se potvrzení o úspěšné komunikaci.

Pokud se zobrazí chybová zpráva, „S monitorem ATK nelze komunikovat“, má to jednu z následujících příčin:

- Nevybrali jste správný port nebo monitor.
- Monitor není správně připojen.

### Nastavení dat

Na kartě Nastavení dat lze provést následující změny nastavení:



Obr. 29: Nabídka Konfigurace, Hardware



**Zdroje dat:** Zvolte způsob zobrazení nebo výpočtu tepové frekvence, ranní špičky a smoothness indexu (tj. základě brachiálního nebo centrálního TK). Pokud bude použit centrální tlak, u zkratky parametru bude malé „c“ (např. u tepové frekvence SF – cSF).

**Dodatečné výpočty:** Vyberte další parametry, které se zobrazí při prohlížení souboru. Možnosti:

- AASI
- Smoothness Index
- Ranní špička
- Analýza první hodiny testu
- Variační koeficient

Pokud některou z těchto možností zvolíte, zobrazí se na odpovídajících kartách a grafech.

## Nastavení obrazovky

Tato funkce umožňuje upravit barevné schéma grafů a tabulek (obr. 31). Barvy lze doladit pomocí přízpůsobitelných palet k optimální reprodukci tiskárnou. Barva pozadí grafu signalizuje období testu. Výchozí barvy (lze změnit na kartě Konfigurovat> Zobrazení) jsou:


- Světle modré pozadí: Období spánku (noc) v testu.
- Žluté pozadí: Doba, kdy byl pacient pod dohledem lékaře, tj. první hodina testu (pokud je funkce aktivována).
- Světle šedé pozadí: Doba, kdy byla sledována odpověď na podání léku (objeví se pouze v případě, že byla tato funkce povolena).
- Tmavě tyrkysové pozadí: Období, za něž se vypočítává ranní špička (objeví se pouze v případě, že byla tato funkce povolena).

### Chcete-li upravit barvy:


1. Klikněte na kartu požadovaného atributu.
2. Chcete-li změnit barvu, klikněte na ni. Objeví se paleta barev se 48 základními barvami. Můžete z nich jednu zvolit, nebo si můžete vytvořit vlastní kliknutím na tlačítko **Define Custom Colors** (Definovat vlastní barvy).
3. Nastavte barvu a klikněte na tlačítko **Add to Custom Colors** (Přidat do vlastních barev).
4. Opakujte proces pro každou barvu, kterou chcete změnit.
5. Kliknutím na **OK** uložte změny.

## Nastavení poznámek do deníku

Tato funkce slouží ke sledování záznamů v deníku pacienta popisujících aktivity pacienta během měření. Položky v seznamu v tomto okně (obr. 32) jsou výchozí, lze je však upravovat, mazat nebo přidávat nové. Obsah tohoto seznamu se objeví v rozevřací nabídce ve sloupci **Poznámky deníku** na kartě Data ATK.



Obr. 30: Nabídka Konfigurace, Nastavení dat



Obr. 31: Okno Konfigurace, nastavení displeje

### Přidání nové poznámky z deníku:


1. Na kartě **Poznámky deníku** v okně **Konfigurace** klikněte na tlačítko **Nový**.
2. Zadejte text nové poznámky.
3. Kliknutím kamkoli zavřete zadávací pole a poznámky uložíte.
4. Klikněte na **OK**, chcete-li okno Konfigurace zavřít a uložit změny.

### Chcete-li odstranit poznámku deníku:

1. Na kartě **Poznámky deníku** v okně **Konfigurace** klikněte na nežádoucí poznámku.
2. Klikněte na **Odstranit**.
3. Klikněte na tlačítko **OK**.

### Chcete-li poznámku deníku upravit:

1. Na kartě **Poznámky deníku** v okně **Konfigurace** klikněte na potřebnou poznámku.
2. Upravte podle potřeby.
3. Kliknutím kamkoli zavřete zadávací pole a poznámky uložíte.
4. Klikněte na **OK**, chcete-li okno Konfigurace zavřít a uložit změny.



Obr. 32: Okno Konfigurace, Poznámky deníku

## Nastavení emailu


Program vytvoří novou emailovou zprávu, připojí zvolené patientské soubory nebo šablonu a zprávu odešle zadanému příjemci.

### Nastavení emailu v programu AccuWin Pro™ 4 (obr. 33):

1. Zvolte způsob připojení k síti (LAN nebo Tel. připojení).
2. Vyplňte nastavení poštovního serveru. Tyto informace vám poskytne poskytovatel internetového připojení nebo správce sítě. Případně zaškrtněte políčko Schválení, pokud SMTP server vyžaduje ověření.
3. V záhlaví z emailů se objeví: název příjemce, vaše zpáteční adresa, předmět a text zprávy. Tučně uvedené kategorie na kartě jsou povinné.

Funkce Možnosti šifrování umožňuje zprávy zašifrovat pomocí zvoleného klíče. Patientské soubory jsou zašifrované vždy. Pokud je klíč obsažen v souboru, jakákoli

instalace programu AccuWin Pro v4 může soubor otevřít. Chcete-li bezpečnost dále zvýšit, zrušte zaškrtnutí políčka „Zahrnout klíč do souboru“ a zadejte šifrovací klíč. Příjemce musí klíč mít, aby připojený soubor otevřel.



Obr. 33: Okno Konfigurace, Nastavení emailu

## Nastavení zpráv

Tato funkce umožňuje naformátování zpráv a výběr údajů ve zprávách obsažených.

### Chcete-li naformátovat zprávu:


1. Z nabídky **Konfigurovat** zvolte **Preference**. Vyberte profil a klikněte na možnost **Upravit**.
2. Klikněte na kartu Zprávy a pak na kartu **Formáty**.
3. Zvolte, které položky budou obsaženy ve zprávách typu Jednostránková zpráva, Standardní zpráva a Plný report. Proveďte tyto změny zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček napravo (obr. 26).
4. Chcete-li vytvořit novou zprávu, klikněte na volbu **Nová zpráva**, zadejte název a vyberte stránky.
5. K odstranění libovolných zpráv zvolte zprávu a klikněte na volbu **Odstranit zprávu**.
6. Zadejte název zprávy z klávesnice do příslušného pole. Název se objeví jako záhlaví na každé straně zprávy. Každý formát sestavy umožňuje použít jiný název.
7. Chcete-li změnit typ grafu, jeho měřítko či vodicí čáry, klikněte na tlačítko **Podrobnosti** (obr. 27).

## Nastavení exportu

Tato funkce umožňuje exportovat zprávy ve formátu ASCII nebo GDT (obr. 34), což je vhodné při importu dat do nějaké databáze. GDT je běžný formát k elektronické výměně lékařských dat.

Chcete-li změnit nastavení exportu, klikněte na Zprávy > Konfigurace a dále na kartu **Export** v okně **Konfigurace**.

1. Chcete-li nastavit výstupní formát na ASCII, nastavte tyto parametry:
2. Oddělovače: Zvolte, jaký znak bude sloužit k oddělení položek v databázi.
3. Export: Zvolte, jaké informace budou přesně exportovány.
4. Chcete-li exportovat ve formátu GDT, proveďte následující:
5. Zvolte kartu **Export GDT**.
6. Klikněte na zaškrťovací políčko **Souhrn v GDT**.



Obr. 34: Okno Konfigurace, Export

## 14. Přehled kódů událostí

Kódy událostí se používají při kontrole dat z testů ATK. Tyto kódy (používá se i název chybové) jsou uvedeny v tabulce na kartě Data ATK a na stránkách zkontrolovaných a vynechaných dat ve sloupcích označených CHK. Kódy událostí popisují podmínky, za nichž bylo měření provedeno. Jsou zde také uvedena možná nápravná opatření, jak jim do budoucna předejít.

*POZNÁMKA: Zobrazení kódu a automaticky neznamená, že je výsledek neplatný; jde jen o upozornění, které byste měli zohlednit při kontrole údajů.*

### Definice kódů událostí

Kód	Popis v programu AccuWin Pro v4	Řešení nebo opatření
1	Slabý nebo žádný oscilometrický signál	Zkontrolujte pozici a utažení manžety.

Kód	Popis v programu AccuWin Pro v4	Řešení nebo opatření
2	Artefakt/nepřavidelný oscilometrický signál	Pacient by měl během měření zůstat v klidu.
3	Překročen max. počet pokusů: 4	Pacient by měl během měření zůstat v klidu.
4	Byl překročen čas měření: 140 sekund	Zkontrolujte zapojení vzduchových hadiček a upevnění manžety.
5	Výsledky mimo doporučený rozsah: TK: 25–260 mm Hg: 40-200/min	Spusťte měření znovu stiskem vypínače. Pokud problém trvá, předejte přístroj do servisu.
6	Narušení intervalu opakovaného měření	Spusťte měření znovu stiskem vypínače. Pokud problém trvá, předejte přístroj do servisu.
85	Měření zrušeno (zablokované ventily nebo vzduchový systém)	Zkontrolujte zapojení vzduchových hadiček, zda nejsou uskřípnuty.
86	Měření zrušeno uživatelem	Spusťte měření znovu stiskem vypínače.
87	Měření zrušeno – vypršení limitu nebo vzduchová netěsnost	Zkontrolujte vzduchovou hadičku a manžetu.
88	Měření zrušeno (vypršel bezpečnostní limit)	Spusťte měření znovu stiskem vypínače. Pokud problém trvá, předejte přístroj do servisu.
89	Měření zrušeno (přetlak v manžetě)	Zkontrolujte, zda vzduchová hadička není zablokovaná nebo překroucená.
90	Nutný servis – výpadek zdroje nebo jiný problém s hardwarem	Vyměňte baterie. Pokud problém trvá, předejte přístroj do servisu.
91	Nutný servis – Zásah bezpečnostní funkce nebo aut. nulování mimo rozsah	Spusťte měření znovu stiskem vypínače. Pokud problém trvá, předejte přístroj do servisu.
94	Varování – slabá baterie	Vyměňte baterie. Pokud problém trvá, předejte přístroj do servisu.
97	Nutný servis – snímač je mimo rozsah	Předejte přístroj do servisu.
98	Nutný servis – A/D je mimo rozsah	Předejte přístroj do servisu.
99	Nutný servis – selhání kontroly kalibračních dat paměti EEPROM	Přístroj je nutno nakalibrovat. Předejte přístroj do servisu.
108	Začátek sekvence po dávce	Zkontrolujte celou sekvenci na kartě „Statistika odpovědi“.
109	Konec sekvence po dávce	Zkontrolujte celou sekvenci měření na kartě „Statistika odpovědi na dávky“.
110	Událost zadaná pacientem	V tabulce ATK vyberte požadovaný komentář.
111	Přepnutí na denní režim	V případě potřeby upravte graf dat ATK podle doby uvedené pacientem.
112	Přepnutí na noční režim	V případě potřeby upravte graf dat ATK podle doby uvedené pacientem.


## 15. Nástroje správce

Program AccuWin Pro™ 4 má i řadu nástrojů pro správce systému, v nichž lze aktivovat různé bezpečnostní funkce. Můžete např. zakládat nové uživatelské účty, měnit přístupová práva uživatelů, resetovat uživatelská hesla, povolit přihlášení či automatické odhlášení. Možné typy uživatelů jsou:

1. Správce: Plný přístup ke všem funkcím programu, včetně nastavování nástrojů správy.
2. Uživatel: Plný přístup ke všem funkcím programu, s výjimkou nastavování nástrojů správy.

### Chcete-li otevřít okno Nástroje správce:

1. Z nabídky **Konfigurovat** zvolte **Nástroje správce**.
2. Pokud se zobrazí okno přihlášení, zadejte jméno správce a heslo a klikněte na tlačítko OK. Toto okno se objeví, pokud ještě nejste přihlášení jako správce nebo pokud není povoleno zabezpečené přihlášení.
3. Pokud do této sekce vstupujete poprvé, musíte použít výchozí uživatelské jméno a heslo uvedené při stažení programu AccuWin Pro v4. Pokud budete potřebovat asistenci, navštivte náš web na adrese [www.suntechmed.com](http://www.suntechmed.com) nebo se obraťte na naše oddělení podpory zákazníků. Kontaktní informace najdete v bodu 18, Technická podpora.



Obr. 35: Okno Nástroje správce

### Nastavení přihlášení

Program AccuWin Pro™ 4 umožňuje nastavit, zda se uživatelé musí přihlašovat pomocí hesla. Aktivace této volby zvyšuje ochranu dat. Pokud už vaše zdravotnické zařízení využívá nějaký elektronický systém evidence nebo jiný systém, který už zajišťuje ochranu heslem, můžete heslo v programu AccuWin Pro v4 zrušit.

Pokud přihlašování heslem nastavíte, lze také aktivovat automatické odhlášení uživatele po určité době nečinnosti v programu.

### Chcete-li aktivovat přihlašování heslem:

1. Z okna **Nástroje správce** klikněte na zaškrťovací políčko **Použití hesel**. Zaškrtnutí znamená, že je funkce aktivována.
2. Klikněte na volbu **Vyhotoveno**.

### Chcete-li aktivovat automatické odhlášení:

1. V okně **Nástroje správce** klikněte na zaškrťovací políčko **Aut. odhlášení aktivováno**.
2. Pokud se objeví požadavek na zadání lhůty (Limit aut. odhlášení – minut), zadejte počet minut nečinnosti, po nichž je uživatel automaticky odhlášen. Alternativně můžete číslo vybrat šipkami vedle pole. Počet minut můžete nastavit v rozmezí 1 až 240; výchozí hodnota je 20.
3. Klikněte na volbu **Vyhotoveno**.

### Vytvoření uživatelského účtu

Správce programu může vytvořit uživatele i dalšího správce. Každý nový uživatel má přiřazeno výchozí heslo „user“. Při prvním přihlášení musí výchozí heslo změnit, než může dále s programem pracovat. Toto platí pro účty správců i uživatelů.

### Chcete-li vytvořit nového uživatele:

1. Z okna **Nástroje správce** klikněte na volbu **Nový uživatel**.
2. Do pole uživatelského jména zadejte jméno nového uživatele.
3. V poli **Vyberte roli** vyberte typ uživatele z rozevírací nabídky.
4. Kliknutím na **OK** nového uživatele vytvořte.
5. Kliknutím na **OK** uložte změny.

## Změna typu uživatele

Můžete změnit typ (práva) uživatele, ale nikoli jeho jméno.

### Chcete-li změnit typ uživatele:

1. V okně **Nástroje správce** klikněte na uživatele, kterého chcete změnit.
2. Klikněte na volbu **Změna role**. Tato volba funguje jako přepínač a mění úroveň uživatele ve sloupci Role.
3. Klikněte na volbu **Vyhotoveno**.

## Odstranění uživatelského účtu

Odstranit můžete účty správců i uživatelů, vždy však musí zůstat alespoň jeden správce. Nemůžete také odstranit sebe sama. Po odstranění účtu se uživatel už nemůže přihlásit do programu, pokud je nastaveno použití hesla.

### Chcete-li odstranit uživatelský účet:

1. V okně **Nástroje správce** klikněte na uživatele, kterého chcete odstranit.
2. Klikněte na volbu **Odstranit uživatele**.
3. Zobrazí se žádost o potvrzení. Kliknutím na **Ano** účet odstraňte.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

## Resetování uživatelského hesla

Při zapomenutí hesla musí uživatel kontaktovat správce programu, který mu je resetuje na výchozí heslo, „user“. Při prvním přihlášení musí uživatel opět heslo změnit, než může dále s programem pracovat.

### Resetování hesla:

1. V okně **Nástroje správce** klikněte na uživatele, kterého chcete změnit.
2. Klikněte na volbu **Resetování hesla**.
3. Klikněte na **Ano** a resetování potvrďte.
4. V potvrzovacím okně klikněte na tlačítko **OK**.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.

# 16. Údržba a čištění přístroje Oscar 2

Systém Oscar 2 je koncipován tak, aby pracoval v souladu s informacemi obsaženými v tomto návodu, na souvisejících informačních štítcích a příbalových letáčích, pokud je sestaven, udržován a opravován v souladu s poskytnutými pokyny. Po použití zajistěte preventivní údržbu, abyste zajistili bezpečný a optimální provoz monitoru. Vaše povinnosti:

- Kalibraci přístroje kontrolujte každé dva roky.
- Nikdy vědomě nepoužívejte vadný přístroj.
- Okamžitě vyměňujte porouchané, opotřebované, chybějící, neúplné, poškozené nebo kontaminované součásti.
- Pokud potřebujete zajistit opravu nebo náhradní díly, kontaktujte nejbližší servisní středisko výrobce.

Uživatel přístroje navíc nese veškerou odpovědnost za jakékoli poruchy způsobené nesprávným použitím, údržbou, opravami, poškozením nebo úpravami s výjimkou úprav provedených výrobcem nebo autorizovaným servisním personálem.

Předpokládaná životnost monitoru je osm let, záleží však i na intenzitě využití. Doba životnosti je obvykle dána životností elektromechanického čerpadla. Servis, podpora a příslušné doplňky budou k dispozici až 7 let od zhotovení posledního výrobku tohoto typu společností SunTech Medical. Seznam servisních středisek naleznete v části 18, Technická podpora.

## Čištění po použití

### Oscar 2

Monitor Oscar 2 nelze sterilizovat. Nenamáčejte jej do žádných kapalin, nestavte na něj nádoby s nimi, a nesnažte se jej čistit tekutými detergenty, čisticími prostředky nebo ředidly. Můžete z monitoru otřít prach a nečistoty kusem měkké, navlhčené látky. Pokud se přístroj dostal do vody, nepoužívejte jej a kontaktujte nás servis.

### Manžeta Orbit ABPM a příslušenství

Před čištěním sejměte balónek, otřete jej kusem látky, navlhčeným v šetrném desinfekčním prostředku určeném pro zdravotnictví, a nechte uschnout. Látkový potah manžety lze prát v pračce ve studené vodě s použitím mírného dezinfekčního prostředku. Manžetu sušte pouze na vzduchu – v sušičce může dojít k poškození potahu.

Konektor balónku je poté nutné dobře zasadit do hadičky manžety. Pozor, tento spoj musí být při nasazení manžety vždy nahoře (u levé i pravé paže).

 **UPOZORNĚNÍ:** Balónek neperte v pračce.

## Údržba a opravy po použití

Vizuálně zkontrolujte kabely, materiál, pneumatické hadičky i pouzdro monitoru, zda nejeví známky prasklin, roztřepení nebo překroucení (u hadiček). Nepoužívejte monitor nebo manžetu, pokud jeví jakékoli známky poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo vady, obraťte se na naše servisní oddělení.

Monitor neobsahuje žádné vnitřní části, u nichž by mohl uživatel provádět servis, a smí jej otevřít pouze zástupce autorizovaného servisu. Je-li potřeba přístroj vrátit do servisu, zašlete jej do nejbližšího zastoupení společnosti SunTech uvedeného výše, a zásilku adresujte oddělení podpory a servisu. Další informace najdete na našich stránkách na adrese [www.SunTechMed.com](http://www.SunTechMed.com).

## Ověření kalibrace

Doporučujeme jednou za dva roky zkontrolovat přesnost monitoru. V případě potřeby v něm může autorizované servisní středisko překalibrovat snímače tlaku. K ověření kalibrace musí být přístroj nejprve přepnut do náležitých režimu. Postupujte podle dále uvedených kroků:

1. Vyjměte a zase vložte jednu z baterií.
2. Jakmile se na displeji objeví čísla, stiskněte a podržte vypínač.
3. Přístroj zobrazí číslo verze softwaru.
4. Přístroj zobrazí napětí baterie.
5. Poté uslyšíte klapnutí, jak se ventily uzavřou.
6. Na displeji se objeví „0 mm Hg“.

Ted' můžete kalibraci přístroje porovnat s kalibrovaným rtuťovým sloupcem.

1. Mezi hadičky od monitoru a manžety vložte rozdvojku (výr. č. 98-0030-00).
2. Oviňte manžetu kolem vhodné veliké plechovky nebo láhve – poslouží jako simulace.
3. Připojte třetí konec rozdvojky ke kalibrovanému rtuťovému sloupci, který umožňuje přístup k balónku a referenčním hodnotám.
4. Pomocí balónku od kalibrovaného rtuťového sloupce nafoukněte manžetu na tlak 250 mm Hg.
5. Jakmile se tlak na této hodnotě stabilizoval, hodnota na displeji by měla odpovídat ( $\pm 2,0$  mm Hg) rtuťovému sloupci.
6. Porovnávejte výsledek přístroje se sloupcem po každých 50 mm Hg v rozmezí 250 až 50 mm Hg; výsledky by se neměly lišit o více než  $\pm 2,0$  mm Hg. Pokud tomu tak není, monitor vraťte do servisu k nové kalibraci nebo opravě.

**POZNÁMKA:** Chcete-li se vrátit do normálního provozního režimu monitoru, vyjměte a zase vložte jednu z baterií.

## 17. Omezená záruka

### Oscar 2, systém k ambulantní monitoraci krevního tlaku

Společnost SunTech Medical poskytuje původnímu kupujícímu následující omezenou záruku platnou od data na faktuře.

Monitor krevního tlaku se sériovým číslem	24 měsíců
ABPM manžety SunTech	6 měsíců
Doplňky, tj. hadičky pacienta, spotřební materiál atd.	90 dní

Společnost SunTech Medical (výrobce) se zaručuje, že budou její přístroje bez závad na materiálu či zpracování. Odpovědnost v rámci této záruky pokrývá servis přístroje, pokud je vyplacenou zásilkou vrácen z pracoviště zákazníka do příslušného střediska dle regionu. Společnost SunTech Medical opraví libovolné součásti nebo díly, které shledá vadnými během doby platnosti této omezené záruky. Pokud se závada projeví, původní kupující musí nejprve společnost o ní informovat. Přístroj je třeba pečlivě zabalit a zaslat vyplaceně do servisního střediska uvedeného v bodu 18, Technická podpora.

Přístroj bude opraven v nejkratší možné době a navrácen vyplaceně stejnou metodou, jakou byl továrnou obdržen.

Tato omezená záruka pozbývá platnosti, pokud byl monitor poškozen vinou nehody, nesprávného použití, nedbalosti nebo servisního zásahu osob neoprávněných výrobcem.

Tato omezená záruka představuje úplný závazek výrobce, a nejsou poskytovány žádné další záruky výslovné, odvozené ani statutární. Žádný zástupce ani pracovník společnosti není oprávněn přijímat jakékoli další závazky nebo poskytovat další záruky v této smlouvě neuvedené.

## 18. Technická podpora

Pokud budete mít jakékoli dotazy, podívejte se na nápovědy programu, do tohoto návodu nebo na naše webové stránky. Pokud se tím problém plně nevyřeší, kontaktujte prosím naše servisní oddělení.

USA, Kanada a Latinská Amerika



SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Blvd, #117  
Morrisville, NC 27560-8200 USA  
Tel.: + 1 919 654 2300  
+ 1 800 421 8626  
Fax: + 1 919 654 2301

Evropa, Afrika a Střední východ



SunTech Medical, Ltd.  
Oakfield Industrial Estate  
Stanton Harcourt Road  
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS,  
Velká Británie  
Velká Británie  
Tel.: + 44 1865-884 234  
Fax: + 44 1865 884 235

Asie a Tichomoří

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong PRC 518110  
Tel.: + 86 755 2958 8810  
+ 86 755 2958 8986 (prodej)  
+ 86 755 2958 8665 (servis)  
Fax: + 86 755 2958 8829






## 19. Požadavky na vysokofrekvenční odrušení přístroje

Tento přístroj obsahuje vysílací modul, registrovaný americkou komisí FCC pod číslem XDULE40-D2 a v Kanadě IC 8456A-LE4D2. Výrobek byl testován a shledán splňujícím podmínky digitálního přístroje třídy B. Změny či úpravy, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou znamenat ztrátu platnosti oprávnění uživatele k použití tohoto přístroje. Přístroj splňuje také podmínky části 15 předpisů americké komunikační komise FCC. Podmínkou jeho provozu je, že **výrobce při změnách nebo úpravách přístroje uvede v dokumentaci nebo na štítcích varování.**

## 20. Požadavky na elektromagnetické odrušení

U přístroje je k zajištění elektromagnetické kompatibility nutné dodržovat zvláštní opatření a používat jej a uvést do provozu podle následujících pokynů k odrušení.

 **UPOZORNĚNÍ:** Použití příslušenství a kabelů s jiným přístrojem či systémem než zde uvedeným může mít za následek zvýšené rušení okolí nebo samotného přístroje.

Zkouška odolnosti	Požadavek dle IEC 60601	ne	ne	Elektromagnetické prostředí – směrnice
VF rušení šířené vedením, IEC 61000-4-6				V blízkosti přístroje a jeho částí (včetně kabelů) nepoužívejte přenosné a mobilní vysokofrekvenční přístroje – dodržujte doporučenou minimální vzdálenost vypočítanou z rovnice podle frekvence vysílače. Doporučená distanční vzdálenost $d = [3,5/\sqrt{V1}] \sqrt{P}$
VF rušení šířené vyzařováním				$d = [3,5/E1] \sqrt{P}$ 80–800 MHz
IEC 61000-4-3	3V/m až 2,5 GHz		3 V/m	$d = [7/E1]P$ 800 MHz až 2,5 GHz kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve watttech (W) podle výrobce vysílače a d je doporučená distanční vzdálenost v metrech (m). Síla pole vyzařovaného pevnými vysokofrekvenčními vysílači, zjištěná průzkumem elektromagnetického záření lokality, by měla být nižší než uvedená bezpečná hodnota (úroveň shody) pro každý frekvenční rozsah b. K rušení může docházet v okolí přístrojů označených následujícím symbolem:

**POZNÁMKA 1** Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.

**POZNÁMKA 2** Tyto pokyny nemusejí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetických veličin je ovlivňováno absorpcí a odrazem od budov, předmětů a lidí.

a) Intenzitu polí generovaných pevnými vysílači, například základnovými stanicemi mobilní telefonní sítě, amatérskými vysílačkami, rozhlasového a TV vysílání atd. nelze předem vypočítat s uspokojivou přesností. Pro odhad elektromagnetického prostředí z hlediska pevných vysílačů byste měli zvážit průzkum (test) místa instalace. Pokud intenzita pole naměřená v okolí přístroje překročí výše uvedené povolené hodnoty, jeho provoz pečlivě zkontrolujte. Pokud funkce přístroje není normální, možná bude třeba provést další opatření, například jej přemístit či

Zkouška Požadav ne  
odolnosti ek dle IEC  
60601

Elektromagnetické prostředí – směrnice

otočit.

b) Nad frekvenčním rozsahem 150 kHz – 80 MHz by se intenzita pole měla pohybovat pod 3 V/m.

Doporučené dělicí vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními komunikačními přístroji na rádiových frekvencích a monitorem SunTech Oscar 2

Přístroj je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, kde je případné rušivé VF záření regulováno. Bezdrátová komunikační zařízení, např. zařízení v bezdrátové domácí síti, mobilní a bezšňůrové telefony a jejich základnové stanice či vysílačky mohou mít na tento přístroj negativní vliv a je třeba dodržovat minimální distanční vzdálenost d mezi nimi a přístrojem. Vzdálenost d výrobce vypočítal z informací v následující tabulce.

Stanovený maximální výstupní výkon vysílače (W)	Distanční vzdálenost podle frekvence vysílače (m)		
	150 kHz až 80 MHz $d = [3,5/V1] \sqrt{P}$	80 MHz až 800 MHz $d = [3,5/E1] \sqrt{P}$	800MHz až 2,5GHz $d = [7/E1] \sqrt{P}$
0,01	ne	0,12	0,23
0,10	ne	0,38	0,73
1	ne	1,2	2,3
10	ne	3,8	7,3
100	ne	12	23

Pro vysílače o maximálním jmenovitém výkonu, který není uveden v tabulce (viz výše), lze doporučenou bezpečnostní vzdálenost d v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice odpovídající příslušnému sloupci, kde P znamená maximální jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače.

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí distanční vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.

POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusejí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetických veličin je ovlivňováno absorpcí a odrazem od budov, předmětů a lidí.

## 21. Likvidace výrobku

### Přístroj



Výrobek neodhazujte do netříděného komunálního odpadu. Odevzdejte jej k recyklaci nebo tříděnému sběru podle směrnice 2002/96/ES Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokyny této směrnice neplatí, pokud bude tento výrobek kontaminován. Materiál likvidujte v souladu s místními předpisy jako zdravotnický odpad.

### Likvidace baterií

SunTech Oscar 2 obsahuje lithium-ionovou baterii a v ní materiály, které mohou být nebezpečné lidskému zdraví. Neodhazujte baterie do komunálního odpadu!

Zlikvidujte je prosím ekologicky zodpovědným způsobem, nebo vraťte výrobci přístroje. Ofrankovanou obálku k vrácení poskytneme na požádání. Bližší informace o našich zásadách ochrany životního prostředí najdete na našich webových stránkách

<http://www.suntechmed.com/about-suntech/environmental-policy>

## Manžeta

Použité manžety neodhazujte do tříděného odpadu. Mohou být kontaminovány – zlikviduje jako zdravotnický či biologický odpad podle místních předpisů.

## 22. Literatura

1. Pickering TG, Shimbo, D, Haas D. Ambulatory Blood-Pressure Monitoring. *New England Journal of Medicine* 2006; 354(22): 2368-2374.
2. Marchiando RJ, Elston MP. Automated Ambulatory Blood Pressure Monitoring: Clinical Utility in the Family Practice Setting. *American Family Physician* 2003; 67(11): 2343-2350.
3. White WB. Ambulatory blood pressure as a predictor of target organ disease and outcomes in the hypertensive patient. *Blood Pressure Monitoring* 1999; 4(3): 181-184.
4. M. Shimizu and K. Kario, Review: Role of the augmentation index in hypertension, *Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease*, vol. 2, Feb. 2008, pp. 25-35.
5. T. Morgan, et al., Effect of different hypertensive drug classes on central aortic pressure, *American Journal of Hypertension*, vol. 17, 2004, pp. 118-123.
6. Association for the Advancement of Medical Instrumentation. *The National Standard of Electronic or Automated Sphygmomanometer*. Arlington, VA: AAMI; 1996.
7. Jones SC, Bilous M, Winship S, Finn P, Goodwin J. Validation of the Oscar 2 oscillometric 24-hour ambulatory blood pressure monitor according to the International Protocol for the validation of blood pressure measuring devices. *Blood Pressure Monitoring* 2004; 9(4): 219-223.
8. Goodwin J, Bilous M, Winship S, Finn P, Jones S. Validation of the Oscar 2 oscillometric 24-h ambulatory blood pressure monitor according to the British Hypertension Society protocol. *Blood Pressure Monitoring* 2004; 12(2): 113-117.
9. Chobanian A, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, et al. The seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. NIH Publication No. 03-5233 May 2003.
10. Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, Falkner BE, Graves J, Hill MN, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: Blood pressure measurement in humans: A statement for professionals from the subcommittee of professional and public education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. *Hypertension* 2005; 45: 142–161.
11. O'Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, Mallion JM, Mancia G, et al. European Society of Hypertension recommendations for conventional, ambulatory, and home blood pressure measurement. *Journal of Hypertension* 2003; 21: 821-848.
12. Urbina E, Alpert B, Flynn J, Hayman L, Harshfield GA, Jacobson M, et al. Ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents: Recommendations for standard assessment, a scientific statement from the American Heart Association, Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in Youth Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young and the Council for High Blood Pressure Research. *Hypertension* 2008; 52: 433-451.
13. Soergel M, Kirschstein M, Busch C, Danne T, Gellerman J, Holl R, et al. Oscillometric twenty-four-hour ambulatory blood pressure values in health children and adolescents: A multicenter trial including 1141 subjects. *Journal of Pediatrics* 1997; 130(2): 178-184.

14. Wühl E, Witte K, Soergel M, Mehls O, Schaefer F. Distribution of 24-h ambulatory blood pressure in children: normalized reference values and role of body dimensions. *Journal of Hypertension* 2002; 20(10): 1995-2007.
15. Owens P, tkins N, O'Brien E. Diagnosis of white coat hypertension by ambulatory blood pressure monitoring. *Hypertension* 1999; 34: 267-272.
16. Head G, McGrath BP, Mihailidou AS, Nelson MR, Schlaich MP, Stowasser M, et al. Ambulatory blood pressure monitoring in Australia: 2011 consensus position statement. *Journal of Hypertension* 2011; 30 (1): 1-14.
17. Schillaci G, Parati G. Ambulatory arterial stiffness index: merits and limitations of a simple surrogate measure of arterial compliance. *Journal of Hypertension* 2008; 26(2): 182-185.
18. Mancia G, Grassi G. Mechanisms and clinical implications of blood pressure variability. *Journal of Cardiovascular Pharmacology* 2000; 35(7 Suppl 4): S15-9.
19. Parati G, Schumacher H, Bilo G, Mancia G. Evaluating 24-h antihypertensive efficacy by the smoothness index: a meta-analysis of an ambulatory blood pressure monitoring database. *Journal of Hypertension* 2009; 28 (11):2177-2183